

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինմեդ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Չունլի, (CHUNLI),	Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային կոնաձև ոտիկ	Չունլի, (CHUNLI),	Չինաստան	1 Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային կոնաձև ոտիկ - Էնդոպրոթեզ կոնք- ազդրային հողի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ բարձրորակ տիտանի խառնուրդ՝ Ti6Al4V , մակերեսի մշակում՝ shot blasting, microporous titanium coating, որը նպաստում է ոսկրի աճին և կենսաբանական ֆիքսացմանը: Լայնական հատույթը 7 (յոթ) չափ (N9, N10, N11,N12, N13, N14, N15,), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսեթի, դրանք են. համապատասխանաբար. Չափի՝

					երկարության մմ , օֆսեթի մմ, 130/ 37,5,135/ 38, 140/ 38,5, 145/ 39, 150/ 40, 155/ 41. 160/ 42: Կոնաձև ձևավորում, որն ապահովում է լիցքային բաշխման օպտիմալ ուղին՝ նվազեցնելով տեղում միկրոշարժումները: Մակերեսային փորոտ քերծված (porous) ծածկույթ՝ մշակված կոմերցիոն մաքուր տիտանի մետաղական հատիկներով: Սա նպաստում է կենսաբանական ֆիքսացմանը՝ ոսկրի աճի միջոցով: Ռադիալ շերտավոր կառուցվածք, որը ուղղում է շրջափակում առաջացած լարվածությունը դեպի սեղմման բեռ՝ նվազեցնելով ինտրաօպերատիվ կոտրվածքների ռիսկը: Նկարագրություն. Հիվանդության (օրինակ՝ արթրիտ) կամ վնասվածքի հետևանքով վնասված հոդերի փոխարինման համար նախատեսված ստերիլ, իմպլանտացվող արհեստական կոնքագդրային հոդ, որը բաղկացած է հետևյալ կոմպոնենտներից. 1. Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ոտիկ, 2. Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ, 3. Ազդրոսկրի գլխիկ, 4.
--	--	--	--	--	--

					Քացախափոսային գավաթի ներդիր, 5. Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային, 6. Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային 7. Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ: 8. Կոնք-ազդրային հողի ցեմենտային երկբևեռ մոդուլյար էնդոպրոթեզ : Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ ուժային գործիքներով, մասնավորապես. օրթոպեդիկ սղոցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով:Պարտադիր պայման է CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի
--	--	--	--	--	--

						առկայությունը: Մասնակիցը հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Պատվիրատուն իր կողմից, նախապես ֆիքսված էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ուղարկված գրավոր պահանջում նշում է մատակարարման ենթակա անհրաժեշտ իմպլանտների անվանումը, քանակը, չափը, տեսակը, պատրաստման նյութը: Մատակարարումը պետք է կատարվի 24/7 ռեժիմով՝ առավելագույնը 9 (ինը) ժամվա ընթացքում՝ տրամադրելով իմպլանտների ողջ շարքը և
--	--	--	--	--	--	---

					տեղադրման գործիքները
--	--	--	--	--	----------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Инмед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱԶԱՊՁԲ-26/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					