

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Տիգրան Կուկայան-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Հարթակի անցքերը պետք է նախատեսված լինեն 5,0 մմ արգելափակող պտուտակների և 4,5 մմ պտուտակների համար: Արտադրող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն ISO 9001:2015 հավաստագիր, ISO 10974:2018 հավաստագիր և առնվազն ISO 13485:2016 հավաստագիր, Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի, Մասնակիցը Հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը

					արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտարիզացիոն նամակ (Երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ: մատակարարը պետք է ապահովի հարթակի տեղադրման համար գործիքակազմը: Հարթակը պետք է ունենա անհատական փաթեթավորում և ապրանքը բնութագրող պիտակ: Պատվիրատուի պահանջով պետք է տրամադրվեն ստորև նշված հարթակներից մեկական ի պահ, իսկ օգտագործումից հետո պահանջի դեպքում մատակարարվի 24 ժամվա ընթացքում: 7 անցք, 8 անցք, 9 անցք, 10 անցք, 12 անցք: Շաղափի ուղղորդիչ նախատեսված 5.0 մմ արգելափակող պտուտակների անցքերի համար 4.3 մմ հաստությամբ շաղափի համար-1, 4.3 մմ հաստությամբ շաղափ-1, Ուժաչափով պտուտակահան 5.0մմ արգելափակող պտուտակների
--	--	--	--	--	--

					համար-1:
--	--	--	--	--	----------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Тигран Купалян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Отверстия в платформе должны быть рассчитаны на винты с фиксатором диаметром 5,0 мм и винты диаметром 4,5 мм. Производственная организация должна иметь как минимум сертификаты ISO 9001:2015, ISO 10974:2018 и ISO 13485:2016. В соответствии со статьей 2 Закона РА НО-325-Н «О медицинской помощи и обслуживании населения» Участник должен предоставить сертификат соответствия, разрешительное письмо (гарантийное письмо-

					уполномоченное письмо), предоставленное производителем продукции вместе с Заявкой, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения, предоставленный производителем продукции. Поставщик должен предоставить инструменты для установки платформы. Платформа должна иметь индивидуальную упаковку и этикетку с описанием продукции. По запросу заказчика для хранения должна быть предоставлена одна из перечисленных ниже платформ, а после использования, при необходимости, она должна быть доставлена в течение 24 часов: 7 отверстий, 8 отверстий, 9 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий. Направляющая для сверла, предназначенная для отверстий под стопорные винты 5,0 мм для пластины толщиной 4,3 мм-1, пластина толщиной 4,3 мм-1, динамометрическая отвертка для стопорных винтов 5,0 мм-1.
--	--	--	--	--	---