

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Տիգրան Կուկայան-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |                 |                     |  |
|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը         | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 50              | NEW AGE MEDISYS    | NEW AGE MEDISYS  | NEW AGE MEDISYS | NEW AGE MEDISYS     | Պետք է նախատեսված լինի 48-րդ չափաբաժնում նշված իմպլանտի հետ գործածության համար: Արտադրող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն ISO 9001:2015 հավաստագիր և առնազն ISO 13485:2016 հավաստագիր, Պտուտակը պետք է ունենա CE հավաստագիր: Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի, Մասնակիցը Հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>համապատասխանության հավաստագիր, ավտարիզացիոն նամակ (Երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ: Պտուտակը պետք է ունենա անհատական փաթեթավորում և ապրանքը բնութագրող պիտակ:</p> <p>Պատվիրատուի պահանջով պետք է տրամադրվեն պտուտակների ստորև նշված քանակները ի պահ, իսկ օգտագործումից հետո պահանջի դեպքում մատակարարվի 24 ժամվա ընթացքում: 70 մմ-1, 75 մմ-1, 80 մմ-1, 85 մմ-1, 90 մմ-1, 95 մմ-1, 100 մմ-1, 105մմ-1, 110 մմ-1, 115 մմ-1, 120 մմ-1:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Тигран Купалян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                 |                 |                            |   |
|------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак   | марка           | наименование производителя | технические характеристики  |
| 50         | NEW AGE MEDISYS        | NEW AGE MEDISYS | NEW AGE MEDISYS | NEW AGE MEDISYS            | Изделие должно быть предназначено для использования с имплантатом, указанным в 48-й дозе. Организация-производитель должна иметь как минимум сертификат ISO 9001:2015 и как минимум сертификат ISO 13485:2016, винт должен иметь сертификат CE. В соответствии со статьей 2 Закона РА НО-325-N «О МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ОБСЛУЖИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ», Участник должен предоставить сертификат соответствия, разрешительное письмо |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>(гарантийное письмо),<br/>предоставленное производителем<br/>изделия вместе с Заявкой, а на<br/>этапе исполнения договора —<br/>сертификат происхождения,<br/>предоставленный производителем<br/>изделия. Винт должен иметь<br/>индивидуальную упаковку и<br/>этикетку с описанием изделия. По<br/>запросу Заказчика, указанное ниже<br/>количество винтов должно быть<br/>предоставлено для хранения, а<br/>после использования, по запросу, —<br/>доставлено в течение 24 часов. 70<br/>мм-1, 75 мм-1, 80 мм-1, 85 мм-1, 90<br/>мм-1, 95 мм-1, 100 мм-1, 105 мм-1,<br/>110 мм-1, 115 мм-1, 120 мм-1.</p> |
|--|--|--|--|---|