ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
70	Արյան մեջ հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման հավաքածու	Արյան մեջ հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման հավաքածու	Արյան մեջ հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման հավաքածու	Արյան մեջ հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման հավաքածու	Արյան մեջ հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման հավաքածու- համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Մոնոռեագենտի չափը R1 4X250 մլ,R2 չափը 4x50մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2 -8°C պահպանման պարագայում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա

					պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
70	Արյան մեջ հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման հավաքածու	Արյան մեջ հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման հավաքածու	Արյան մեջ հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման հավաքածու	Արյան մեջ հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման հավաքածու	Արյան մեջ հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման հավաքածու- համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Մոնոռեագենտի չափը R1 4X250 մլ,R2 չափը 4x50մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2 -8°C պահպանման պարագայում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա

					պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001: