

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 26/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
71	Արյան մեջ (GGT) գամա գլուտամատ տատամինոտրանֆերազի որոշման հավաքածու	HUMAN Diagnostics	HUMAN	HUMAN	Արյան մեջ (GGT) գամա գլուտամատ տատամինոտրանֆերազի որոշման հավաքածու - համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Մոնոռեագենտի չափը R1 4X200 մլ, R2 4 X 50: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2 -8°C պահպանման պարագայում: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք է լինի նոր,

					<p>գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն` ISO 13485, ISO 14001, ISO9001:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UР4-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
71	Արյան մեջ (GGT) գամա գլուտամատ տատամինոտրանֆերազի որոշման հավաքածու	HUMAN Diagnostics	HUMAN	HUMAN	Արյան մեջ (GGT) գամա գլուտամատ տատամինոտրանֆերազի որոշման հավաքածու - համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ:Մոնոռեագենտի չափը R1 4X200 մլ, R2 4 X 50: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2 -8°C պահպանման պարազայում: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք է լինի նոր,

					<p>գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն` ISO 13485, ISO 14001, ISO9001:</p>
--	--	--	--	--	---