

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԼ ՔՎՈԼԻԹԻ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	LADP-18	Tianjin Labor Scientific Instruments Co., Ltd.	Նկարագրություն Տեխնիկական բնութագրեր Սիգնալի աղբյուր՝ սինուսոիդալ ալիք, 1000 Հց, 0 ~ 2 Վ անընդհատ կարգավորվող AC վոլտմետր (3 սանդղակ) տիրույթ՝ 0 ~ 1.999 Վ; լուծաչափ՝ 0.001 Վ տիրույթ՝ 0 ~ 199.9 մՎ; լուծաչափ՝ 0.1 մՎ 0 ~ 19.99 մՎ տիրույթ; լուծաչափ՝ 0.01 մՎ Սենյակային ջերմաստիճանի ջերմաստիճանի կառավարում մինչև 80 °C; լուծաչափ՝ 0.1 °C Ֆերոմագնիսական սմուշներ՝ տարբեր Կյուրիի ջերմաստիճանների 2 հավաքածու, 3 հատ/հավաքածու): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված: Ապրանքի մատակարարումը մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցնելով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОЛ КВОЛИТИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЗ-ЕЦХЦТЗР-26/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	LADP-18	Tianjin Labor Scientific Instruments Co., Ltd.	Прибор LADP-18 для определения температуры Кюри ферритовых материалов. Описание. Технические характеристики. Источник сигнала: синусоидальный, 1000 Гц, 0 ~ 2 В, плавно регулируемый. Вольтметр переменного тока (3 шкалы). Диапазон: 0 ~ 1,999 В; разрешение: 0,001 В. Диапазон: 0 ~ 199,9 мВ; разрешение: 0,1 мВ. Диапазон: 0 ~ 19,99 мВ; разрешение: 0,01 мВ. Контроль температуры в помещении до 80 °С; разрешение: 0,1 °С. Образцы ферромагнитных материалов: 2 комплекта с разными температурами Кюри, по 3 штуки в комплекте. Товар должен быть новым, неиспользованным и неповрежденным. Доставка товара осуществляется участником заранее по согласованию с клиентом.