

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆժԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	հիվանդի մոնիտոր	հիվանդի մոնիտոր	հիվանդի մոնիտոր	հիվանդի մոնիտոր	Հիվանդի մոնիտորը նկարում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR): Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ՝ օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացոլվում է էկրանին ալիքի

					ձևերով և թվային արժեքներով: Դիսփլեյ/Էկրան՝ Դիսփլեյ. գունավոր TFT կամ LCD Էկրան, Էկրանի անկյունագծային կորեր և չափված արժեքներ, ոչ պակաս քան 12,1", ոչ պակաս քան 7 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր՝ ձեռքով կարգավորելի: Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ: Դիսփլեյի պիքսելները ոչ պակաս քան 800x600: Մոնիտորի ինտերֆեյսը՝ Ոչ պակաս քան Էլեկտրացանցի / մարտկոցի շահագործումից, ցանցի շահագործում. Ներկառուցված Էլեկտրասնուցման բլոկի միջոցով: Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով: Մարտկոցի գործարկման ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 2.5 ժամ: Սնուցումը՝ 220 Վոլտ, 50/60Հց: Բուֆեր. տրենդների ցուցանիշների համար: Համակարգի ընդլայնում: Ծրագրակազմի թարմացումներն ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական պարամետրերի շրջանակի ընդլայնում Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են՝ ECG,
--	--	--	--	--	---

					RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն: Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (ոչ պակաս քան 360 ժամ): Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն: Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր: ECG` Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ Կալիբրացման ազդանշան ` 1 մՎտ: Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը` ոչ պակաս քան 25-ից 250 բ/րոպե : Ազդանշանային ռեժիմ` լսելի և տեսողական ազդանշան: NIBP` Մեթոդը` օսկիլոմետրիկ, Ռեժիմը` Manual, Auto, STAT, թողունակությունը` 1 մմ սնդ. Սյուն: Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով` ոչ պակաս քան 2-60 րոպե: Չափման ժամանակահատվածը STAT ռեժիմով` 5 րոպե: Սրտի
--	--	--	--	--	--

հաճախության միջակայքը՝ ոչ պակաս քան 40-220 հարված մեկ րոպեի ընթացքում: Ահագանգի տեսակները՝ SYS, DIA, MEAN:

Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) Adult

ռեժիմ՝ SYS: 40-240 mmHg DIA: 13-210 mmHg MEAN: 26-230 mmHg

Pediatric ռեժիմ SYS: 40- 200 mmHg DIA: 13-150 mmHg MEAN: 26-160 mmHg

Neonatal ռեժիմ՝ SYS: 10 -135 mmHg DIA: 13 -100 mmHg MEAN: 26-110 mmHg

Ճնշման թողունակությունը՝ 1mmHg:

Ճշգրտության ճնշման առավելագույն միջին սխալ. ± 5 mmHg: Առավելագույն ստանդարտ շեղումը՝ ± 8 mmHg:

Պաշտպանություն գերճնշումից՝ Adult ռեժիմ: 300 ± 3 mmHg Pediatric ռեժիմ: 240 ± 3 mmHg Neonatal ռեժիմ: 150 ± 3 mmHg SpO2

Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) Չափման միջակայք՝ 1-100%: Ահագանգի միջակայք՝ 40-100%: Թողունակությունը՝ 1 %:

Ճշգրտությունը՝ 70% -100% $\pm 2\%$ 1%-69% ± 5 : Ակտուալիզացման միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. Չարթուցիչի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					հետաձգում. 10 վրկ., Չարկերակային արագություն: Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 30-250 բարախ/րոպե: Թողունակությունը՝ 1 բարախ/րոպե, ճշգրտություն՝ ± 2 բարախ/րոպե: Շնչառություն (Respiration) Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) 15 րոպե ընթացքում՝ ընթացողություն R-F (RA-LL) միջև ընկած ժամանակահատվածում:
ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 004-F4-LU2U-12F-26/21	ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				Հիֆերեսցիալ մուտքային ռիմատրոն» 2.5 ՍՕ, технические характеристики Իմպեդանսի չափման միջակայք՝ 0.3-5.0Ω, Իմպեդանսի հիմնական գծի միջակայք՝ 0-2.5Ω, Թողունակություն՝ 0.3-2.5 Հg, Շնչառության հաճախություն Չափման և ազդանշանային միջակայք Adult: 0-120 rpm, Neo/Ped: 0 -150 rpm, Թողունակությունը՝ 1 շնչ/րոպե, Ճշգրտություն՝ ± 2 շնչ/րոպե, Ավսոե ահագանգ՝ 10-40 S: Ձերմաստիճան Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) 2 կանալ, Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C, Թողունակություն՝ 0.1°C, Ճշգրտությունը՝ $\pm 0.1^\circ\text{C}$, Ակտուալացման
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	
1					

					Ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ, Միջին ժամանակի հաստատունը՝ «10 վրկ.: Պարագաներ՝ Մեկանգամյա էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5 լարանի), NIBP ճարմանդներ մեծահասակների համար, NIBP ճարմանդներ երեխաների համար, NIBP ճարմանդներ նորածինների համար, հոդովակ NIBP- ի ճարմանդների համար, էլեկտրական լար, Մեկանգամյա էլեկտրոդ (5 հատ), SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման մեծահասակների համար: Նշում. Մոնիտորների հետ մատակարարվող ընդհանուր 3 հատ մեծահասակների համար բազմակի օգտագործման SpO2 տվիչներից բացի պետք է մատակարարվի նաև նույն մոնիտորներին համատեղելի նորածինների համար նախատեսված 2 հատ բազմակի օգտագործման SpO2 տվիչներ: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ : Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն : Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան
--	--	--	--	--	---

				2025թվականի արտադրության: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:
--	--	--	--	---