

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՏԱ ՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-14-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
56	P1005C-01	Medke	Medke	Պուլսօքսիմետրի տվիչ Նորածնային՝ միանգամյա օգտագործման Նորածնային SpO2 սենսոր, Նախատեսված Նորածինների և վաղահասների (1-ից 4 կգ քաշային կատեգորիա) արյան հագեցվածության և պուլսի անընդհատ մոնիտորինգի համար: Կառուցվածքը՝ փաթաթվող (Wrap/Bandage) տիպի, Y- աձև, ֆիքսացիան՝ թաթիկի վրա, Նյութը՝ փափուկ հիպոալերգիկ սիլիկոնից կամ բժշկական փրփուրից (Foam)՝ Նորածնի Նուրբ մաշկի վնասումը բացառելու համար: Լարի երկարությունը՝ առնվազն 90 սմ: Տվիչը պետք է հարտադիր լիարժեք համատեղելի լինի համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող iS10 Express SINOHERO մոնիտորի հետ՝ առանց լրացուցիչ ադապտերների: Չպարունակի լատեքս, լուսադիոդը (LED) չպետք է առաջացնի տեղային գերտաքացում: Նոր

				Է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ВИТА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2026/16-14-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
56				