

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը         | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                  | Էլեկտրասրտագրիչ       | Էլեկտրասրտագրիչ     | Էլեկտրասրտագրիչ | Էլեկտրասրտագրիչ        | ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ<br>արտածումներ. 12 ստանդարտ<br>արտածումներ Ձայնագրող<br>կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի<br>ընտրությամբ Թվային դիսփլեյ.<br>անկյունագիծը ոչ պակաս քան 8"<br>Արտածումների փոխումը. ձեռքով և<br>ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ`<br>ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ<br>Կարգաբերման ազդանշան.<br>ավտոմատ և ձեռքով ԷՍԳ<br>չափումներ` բոլոր արտածումները,<br>միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR<br>PR- ի միջակայքում QRS<br>տևողություն QT ընդմիջում և QTc |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>միջակայք, առավելագույն R [V5]<br/>կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լիոն<br/>ինդեքս P, R, T առանցք<br/>Հաճախականությունների սահմանը,<br/>Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի<br/>պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC<br/>60601-2-25: 2011 ստանդարտներ<br/>Զֆիլտրացված՝ ոչ պակաս քան<br/>0,05... 150 Հց Ձայնագրիչ. INOP-ի<br/>կառավարումն անկախ<br/>յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և<br/>պեյսմեյկերի հայտնաբերման<br/>համար Ձայնագրման եղանակը՝<br/>ջերմային թուղթ Տարլուծումը<br/>առնվազն՝ 8 կետ / մմ Ձայնագրող<br/>թուղթ՝ ոչ պակաս քան 800մմ x 30մ<br/>Ձայնագրման արագությունը՝ մմ /<br/>վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի<br/>կողմից ընտրելի Ներքին<br/>վերալիցքավորվող մարտկոց<br/>Մարտկոցի գործարկման<br/>ժամանակը. ոչ պակաս քան 90<br/>րոպե Միացման ձևը՝ ստանդարտ<br/>կամ կաբերա էլեկտրոսուղումը՝<br/>220-240 Վ, 50/60 Հց Ռուսերեն և<br/>անգլերեն մենյուի առկայություն<br/>Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ<br/>2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6<br/>էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p> Էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2<br/> թղթի փաթույթ Լրակազմ և<br/> պարագաներ Աշխատակազմի<br/> ռեսուցում Օգտագործման ձեռնարկ<br/> հայերեն կամ անգլերեն կամ<br/> ռուսերեն Սարքավորումը պետք է<br/> լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը<br/> ներառում է բոլոր անհրաժեշտ<br/> լրացուցիչ սարքերը և<br/> պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/> են լիարժեք գործունեության համար<br/> Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս<br/> Որակի վկայականներ<br/> (առկայություն) 1. ISO13485 կամ<br/> համարժեք 2. 93/42/EEC<br/> դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր<br/> անհրաժեշտ փորձարկումներն<br/> անցած CE սերտիֆիկատ կամ<br/> համարժեք MDR Regulation (EU)<br/> 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր<br/> անհրաժեշտ փորձարկումներն<br/> անցած FDA սերտիֆիկատ կամ<br/> համարժեք: </p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 00000000-2026/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2          |                        |               |       |                            |                            |