

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը       | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                  | դեֆիբրիլյատոր         | դեֆիբրիլյատոր       | դեֆիբրիլյատոր | դեֆիբրիլյատոր          | AED դեֆիբրիլատոր Կիսաավտոմատ<br>կամ ավտոմատ (AED)<br>դեֆիբրիլատոր Պետք է լինի<br>անվտանգ և հեշտ օգտագործման<br>համար Պետք է նախատեսված լինի<br>մեծահասակների և երեխաների<br>վերականգնանացման համար Պետք է<br>ճանաչի փորոքային ֆիբրիլյացիան<br>և այլ փորոքային<br>տախիկարդիաները և ուղղորդի<br>օպերատորին դեֆիբրիլյացիայի<br>գործընթացում Ալիքի ձևը՝<br>երկփուլային կտրատված<br>Էքսպոնենցիալ (Biphasic Truncated<br>Exponential, BTE): Էներգիայի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ընտրությունը՝ ոչ պակաս քան 150յ, 150յ, 200յ Լիցքավորման ժամանակը՝ ոչ ավելի քան 10 վրկ՝ մինչև 150յ և ոչ ավելի քան 15 վրկ՝ մինչև 200յ Գործարկման համար ոչ պակաս քան միացման/անջատման և հարվածի (Shock) կոճակների առկայություն Ձայնային հրահանգների (ոչ պակաս քան 20 լսելի հոլշում) և տեսողական ցուցումների (LED ցուցիչներով) առկայություն Պետք է ունենա պաշտպանական արգելափակում՝ պատահական դեֆիբրիլյացիան կանխելու համար Վերալիցքավորվող մարտկոցի առկայություն Ներկառուցված մարտկոցի առկայություն Մարտկոցից ոչ պակաս քան 100 լիցքաթափում Պետք է համապատասխանի անվտանգության IEC 60601-1 ստանդարտին Պարագաներ. (ոչ պակաս քան) Ոչ պակաս քան 2 միանգամյա օգտագործման, ոչ բևեռացված էլեկտրոդ մեծահասակների համար Ոչ պակաս քան 2 միանգամյա օգտագործման, ոչ բևեռացված էլեկտրոդ</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Երեխաների համար AED տեղափոխման/պահպանման պայուսակի առկայություն Այլ պայմաններ. Աշխատակազմի ուսուցում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:</p> <p>Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս:</p> <p>Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 00000000-2026/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3          |                        |               |       |                            |                            |