ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/30 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Արյան նմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ	Արյան նմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ	Արյան նմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ	Արյան նմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ	Արյան նմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ Էրգոնոմիկ դիզայնի բժշկական բազկաթոռ, որն օգտագործվում է արյան վերցման և ինֆուզիոն պրոցեդուրաների համար Թիկնակի և ոտքերի հատվածների մեխանիկական կարգաբերում Բազկաթոռը պետք է հնարավորություն ունենա հորիզոնական դիրք ընդունել Բազկաթոռի շրջանակը չժանգոտվող կամ փոշեներկված պողպատից Աթոռի շրջանակը պետք է տեղադրված լինի չորս ռետինե ոտքերի վրա Արտաքին մակերեսը

						փափուկ՝ պատված հեշտ մաքրվող կաշվով կամ արհեստական կաշվով Պետք է ունենա հակաստատիկ հատկություններ Գործառույթները. Թիկնակը պետք է կարգավորվի ոչ պակաս քան 0°-70°միջակայքում Ոտքերի հատվածը պետք է կարգավորվի ոչ պակաս քան 0°-60°միջակայքում Բազկահենակները պետք է պտտվեն կամ ծալվեն ոչ պակաս քան 0°-180°միջակայքում Բազկահենակների բարձրությունը պետք է կարգավորելի լինի առնվազն 100 մմ Բեռնատարողությունը ոճ պակաս քան 180 կգ Ընդհանուր չափերը: LxWxH 1700x560x500 մմ ±5% Լրակազմ և պարագաներ. Աշխատակազմի ուսուցում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ

					(առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Արյան նմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ	Արյան նմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ	Արյան նմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ	Արյան նմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ	Արյան նմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ Էրգոնոմիկ դիզայնի բժշկական բազկաթոռ, որն օգտագործվում է արյան վերցման և ինֆուզիոն պրոցեդուրաների համար Թիկնակի և ոտքերի հատվածների մեխանիկական կարգաբերում Բազկաթոռը պետք է հնարավորություն ունենա հորիզոնական դիրք ընդունել Բազկաթոռի շրջանակը չժանգոտվող կամ փոշեներկված պողպատից Աթոռի շրջանակը պետք է տեղադրված լինի չորս ռետինե ոտքերի վրա Արտաքին մակերեսը

						փափուկ՝ պատված հեշտ մաքրվող կաշվով կամ արհեստական կաշվով Պետք է ունենա հակաստատիկ հատկություններ Գործառույթները. Թիկնակը պետք է կարգավորվի ոչ պակաս քան 0°-70°միջակայքում Ոտքերի հատվածը պետք է կարգավորվի ոչ պակաս քան 0°-60°միջակայքում Բազկահենակները պետք է պտտվեն կամ ծալվեն ոչ պակաս քան 0°-180°միջակայքում Բազկահենակների բարձրությունը պետք է կարգավորելի լինի առնվազն 100 մմ Բեռնատարողությունը ոճ պակաս քան 180 կգ Ընդհանուր չափերը: LxWxH 1700x560x500 մմ ±5% Լրակազմ և պարագաներ. Աշխատակազմի ուսուցում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ

					(առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք