

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էմմա Մելքոնյան Արմենի ԱԶ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2026-23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	վիրաբուժական թելեր	Solus 910	Solus 910	Lotus Surgicals PVT private limited LTD	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից,որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և 10% L- լակտիդից:Թելը պետք է պատված լինի պոլիֆիլամենտից` բաղկացած գլիկոլիդի ,լակտիդի և կալցիումի ստեարտի խառնուրդից,ինչը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով:Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար:Թելի պատռման

						ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից 75%+-3%,3շաբաթից 50%+-2%,4շաբաթից 25%+-2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70օր է:Մետրիկ չափը 3 պայմանական չափը 0,թելի երկարությունը 90սմ+-5սմ:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից,պատված լինի կրկնակի սիլիկոնային շերտով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով:Համաձուլվածքի որակը չպետք է գիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին:Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ:Ասեղը ծակող ուժեղացված 1/2 կորության 36մմ-40մմ երկարությամբ:Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում,որն
--	--	--	--	--	--	--

					արձաժուժ Է կարանյուԼթի անվանուժը, բաղադրուԼթյուժը, ապրանքային նշանը,արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանուժը,մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը,գույնը, երկարուԼթյուժը,թելերի քանակը, ասեղի երկարուԼթյուժը ,ասեղի տեսակը, կորուԼթյուժը ,ասեղների քանակը:պիտանելիության Ժամկետը,պահպանման պայմանները:ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայուԼթյուժը պարտադիր Է: ՀամարԺեք լինի RTMed
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Էմմա Մելքոնյան Արմենի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2026-23
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	վիրաբուժական թելեր	Solus 910	Solus 910	Lotus Surgicals PVT private limited LTD	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և 10% L- լակտիդից: Թելը պետք է պատված լինի պոլիֆիլամենտից՝ բաղկացած գլիկոլիդի, լակտիդի և կալցիումի ստեարտի խառնուրդից, ինչը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով: Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման

						ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից 75%+-3%,3շաբաթից 50%+-2%,4շաբաթից 25%+-2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70օր է:Մետրիկ չափը 3 պայմանական չափը 0,թելի երկարությունը 90սմ+-5սմ:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից,պատված լինի կրկնակի սիլիկոնային շերտով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով:Համաձուլվածքի որակը չպետք է գիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին:Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ:Ասեղը ծակող ուժեղացված 1/2 կորության 36մմ-40մմ երկարությամբ:Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում,որն
--	--	--	--	--	--	--

					արձաժուժ Է կարանյուԼթի անվանուժը, բաղադրուԼթյուժը, ապրանքային նշանը,արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանուժը,մատրիցիայի կող , թելի պայմանական և մետրիկ չափը,գույնը, երկարուԼթյուժը,թելերի քանակը, ասեղի երկարուԼթյուժը ,ասեղի տեսակը, կորուԼթյուժը ,ասեղների քանակը:պիտանելիության Ժամկետը,պահպանման պայմանները:ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայուԼթյուժը պարտադիր Է: ՀամարԺեք լինի RTMed
--	--	--	--	--	---