

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/65 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Powerflex,Saber	POWERFLEX™, SABER™	Powerflex,Saber	Cardinal Health / Cordis	"Կաթետր բալուն պերիֆերիկ, OTW տիպի, շավթի երկարությունը 80, 90, 110, 135 և 150սմ ըստ համապատասխան ուղղորդիչների համատեղելիության՝ 0,018"/0,035" ուղղորդիչների հետ: Բալոնի չափսերը՝ -2,0; 2,5; 3,0; 3,5 և 4,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 220մմ: -5,0 և 6,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 9 չափ

						յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 220մմ: -7,0; 8,0; 9,0 և 10,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 6 չափ
						յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 100մմ: -12,0մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ,
						ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 60մմ: -14,0; 15,0; 16,0; 18,0 և 20,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 2 չափ
						յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 60մմ: -22,0 և 25,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 1 չափ
						յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում 40-60մմ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում

				Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:"
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-LUXU72P-26/65 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	---	---	---	---	---