

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-14-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
142	Լարինգոսկոպի հավաքածու	Լարինգոսկոպի հավաքածու	Լարինգոսկոպի հավաքածու	Լարինգոսկոպի հավաքածու Լարինգոսկոպի հավաքածու, բազմակի օգտագործման, նախատեսված նորածինների, երեխաների և մեծահասակների շնչուղիների դիտարկման և ինտուբացիայի համար: Հավաքածուն պետք է ներառի 1 (մեկ) ունիվերսալ մարտկոցային բռնակ (միջին չափսի) և 7 (յոթ) տարբեր չափսերի շեղբեր: Շեղբերի տեսականին պարտադիր պետք է ներառի՝ Մակինտոշ (Macintosh - կոր) տիպի N 1, N 2, N 3, N 4 չափսերը և Միլլեր (Miller - ուղիղ, նորածնային) տիպի N 00, N 0, N 1 չափսերը: Լուսավորության համակարգը՝ պարտադիր օպտիկամանրաթելային (Fiber Optic / F.O.) LED լամպով՝ վառ և սառը լույս ապահովելու, կույր զոնաները և հյուսվածքների տաքացումը բացառելու համար: Նյութը՝ բարձրորակ բժշկական չժանգոտվող պողպատ (Surgical

				stainless steel), փայլատ (Matte) մակերեսով՝ լույսի անդրադարձումը կանխելու համար: Բոլոր շեղբերը և բռնակը պետք է ենթակա լինեն բարձր ջերմաստիճանային մանրեագերծման (ավտոկլավավորում մինչև 134°C): Բռնակը պետք է ունենա հակասայթաքող (Knurled) մակերես՝ բժշկի ձեռքում հոլսալի ֆիքսացիայի համար: Համակարգը պետք է համապատասխանի ISO 7376 (Green System) միջազգային ստանդարտին: Հավաքածուն պետք է մատակարարվի հարվածադիմացկուն պաշտպանիչ պլաստիկե կամ մետաղական պատյանով (Hard case): Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս քան 12 ամիս:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2026/16-14-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
142				