

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

OL ԶՎՈԼԻԹԻ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-13-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
140	Periodmed	ECG CABEL	Jiangsu Periodmed Science Technology Co., Ltd	<p>"Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի Էլեկտրասրտագրության մալուխ-կաբել: Մալուխը պարտադիր համատեղելի է E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի հետ: Միացումը մոնիտորին՝ գործարանային ստանդարտ միակցիչով: Մալուխի տեսակը՝ ԷՍԳ բազմալար (ECG patient cable): Լարերի քանակ՝ 3 լար կամ 5 լար (կամ երկուսի աջակցում): Չափման ալիքների քանակ՝ մինչև 12 լիդ (մոնիտորի հնարավորությունների սահմաններում): Մալուխի ընդհանուր երկարություն՝ ոչ պակաս քան 2.5 մ: Միակցիչների տեսակ՝ snap կամ clip (ընդունելի է երկուսն էլ): Կոնտակտների նյութը՝ կոռոզիակայուն, բժշկական օգտագործման համար նախատեսված: Ունի բարձր աղմուկադիմադրություն (noise resistant):</p>

				<p>Ապահովում է կայուն և հստակ EՍԳ ազդանշան: Դիմացկուն է բազմակի ախտահանման և մաքրման միջոցների նկատմամբ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրումը մատակարար ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 1 տարի: Մալուխը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:"</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

OL ՔՎՈԼԻԹԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/16-13-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
140	Periodmed	ECG CABEL	Jiangsu Periodmed Science Technology Co., Ltd	"Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի էլեկտրասրտագրության մալուխ-կաբել: Մալուխը պարտադիր համատեղելի է E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի հետ: Միացումը մոնիտորին՝ գործարանային ստանդարտ միակցիչով: Մալուխի տեսակը՝ EՍԳ բազմալար (ECG patient cable): Լարերի քանակ՝ 3 լար կամ 5 լար (կամ երկուսի աջակցում): Չափման ալիքների քանակ՝ մինչև 12 լիդ (մոնիտորի հնարավորությունների սահմաններում): Մալուխի ընդհանուր երկարություն՝ ոչ պակաս քան 2.5 մ: Միակցիչների տեսակ՝ snap կամ clip (ընդունելի է երկուսն էլ): Կոնտակտների նյութը՝ կոռոզիակայուն, բժշկական օգտագործման համար նախատեսված: Ունի բարձր աղմուկադիմադրություն (noise resistant):

				<p>Ապահովում է կայուն և հստակ EՍԳ ազդանշան: Դիմացկուն է բազմակի ախտահանման և մաքրման միջոցների նկատմամբ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրումը մատակարար ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 1 տարի: Մալուխը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:"</p>
--	--	--	--	---