

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

OL ԶՎՈԼԻԹԻ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-13-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
142	Periodmed	EtCo2	Jiangsu Periodmed Science Technology Co., Ltd	<p>Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող E-15 մոլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի EtCo2 /կապնոմետրիայի/ մալուխ-կաբել և տվիչ:</p> <p>Կապնոմետրիայի մալուխը և տվիչը պարտադիր համատեղելի են E-15 մոլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի հետ: Միացումը մոնիտորին՝ գործարանային ստանդարտ միակցիչով: Մալուխի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 2.5 մ: Մալուխը դիմացկուն է ախտահանիչ նյութերի ազդեցությանը: Տվիչ / սենսոր-ի տեսակը՝ airway adapter, nasal cannula : Կիրառելի է՝ ինտուբացված և ոչ ինտուբացված պացիենտների համար: Կիրառելի է մեծահասակների համար: Տվիչը դիմացկուն է բազմակի ախտահանման նկատմամբ (reusable sensor): Disposable կամ reusable տարբերակների աջակցում: Ֆունկցիոնալ</p>

				<p>հնարավորություններ՝ ցուցադրում է EtCO₂ թվային արժեքը: Կապնոգրամայի (capnogram waveform) գրաֆիկական ցուցադրում: Կարգավորվող ազդանշանային (alarm) սահմաններ: Ինտեգրում մոնիտորի ընդհանուր ազդանշանային համակարգին: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրումը մատակարար ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 1 տարի: Կապնոմետրիայի մալուխը և տվիչը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

OL ՔՎՈԼԻԹԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/16-13-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
142	Periodmed	EtCo2	Jiangsu Periodmed Science Technology Co., Ltd	Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող E-15 մոլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի EtCo2 /կապնոմետրիայի/ մալուխ-կաբել և տվիչ: Կապնոմետրիայի մալուխը և տվիչը պարտադիր համատեղելի են E-15 մոլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի հետ: Միացումը մոնիտորին՝ գործարանային ստանդարտ միակցիչով: Մալուխի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 2.5 մ: Մալուխը դիմացկուն է ախտահանիչ նյութերի ազդեցությանը: Տվիչ / սենսոր-ի տեսակը՝ airway adapter, nasal cannula: Կիրառելի է՝ ինտուբացված և ոչ ինտուբացված պացիենտների համար: Կիրառելի է մեծահասակների համար: Տվիչը դիմացկուն է բազմակի ախտահանման նկատմամբ (reusable sensor): Disposable կամ reusable տարբերակների աջակցում: Ֆունկցիոնալ

				<p>հնարավորություններ՝ ցուցադրում է EtCO₂ թվային արժեքը: Կապնոգրամայի (capnogram waveform) գրաֆիկական ցուցադրում: Կարգավորվող ազդանշանային (alarm) սահմաններ: Ինտեգրում մոնիտորի ընդհանուր ազդանշանային համակարգին: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրումը մատակարար ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 1 տարի: Կապնոմետրիայի մալուխը և տվիչը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:</p>
--	--	--	--	--