

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-13-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
39	Abbott	Hi-Torque	Hi-Torque	<p>Կորոնար ուղղորդիչ 0,014": Ներքին միջուկը կազմված է 304V տեսակի պողպատից, հյուսված ծայրով: Ռենտգենկոնտրաստ ծայրի երկարությունը` 3սմ: Դիստալ մասը և ծայրի շապիկը պատված է պոլիմերային ծածկույթով: Հիդրոֆիլ ծածկույթ պոլիմեր ծածկույթի վրայից: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից դիստալ ռենտգենկոնտրաստ ծայրի պահանջվող ձևերն են` ուղիղ, J-ձև: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ծայրի պահանջվող կոշտությունն է` 1,5գ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կորոնար ուղղորդիչի պահանջվող երկարություններն են` 190սմ, 300 սմ: Ֆորմատ` հատ: CE MARK կամ FDA որակի</p>

				<p>վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն:</p> <p>Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПР-2026/16-13-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
39				