

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խաչպար ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ (սառեցվող)	-----	-----	-----	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ (սառեցվող) նվազագույն պահանջներ Նպատակ. լաբորատոր փորձանմուշների ցենտրիֆուգում, պարտադիր՝ swing-out տիպի ռոտորներով և միկրոպլանշետային ռոտորով աշխատելու հնարավորություն: Կոմպլեկտացիա (պարտադիր՝ սարքի հետ մատակարարվող). 1. Swing-out ռոտոր՝ 4 դիրքով: 2. Ուղղանկյուն բաքեթներ 100 մլ — 4 հատ (կոմպլեկտ): 3. Ուղղանկյուն ներդիր (insert)՝ առնվազն 1×50 մլ խողովակի համար: 4. Ուղղանկյուն

					ներդիր (insert)՝ առնվազն 2×15 մլ խողովակների համար: 5. Swing-out ռոտոր՝ 2 դիրքով՝ միկրոտիտրացիոն պլանշետների համար: 6. Միկրոտիտրացիոն բաքեթներ — 2 հատ (կոմպլեկտ): Համատեղելիություն և արտադրողականություն. • Արագության միջակայք՝ 200-2000 rpm: • Նմուշի ծավալ՝ 0.1-5 մլ (յուրաքանչյուր դիրքի համար): • Կիրառելի ռոտորներ՝ 4 / 8 / 12 դիրք: • Հնարավոր ծավալներ՝ մինչև 12×5 մլ (CYTO): • Բարձր հոսքունակություն՝ մինչև 24 ցիտոլոգիական նմուշ միաժամանակ (Double Cellfunnel® կիրառման դեպքում): Կառավարում և ծրագրավորում. • Արագության կարգավորում՝ 10 rpm քայլով: • 10 արագացման և 10 արգելակման մակարդակ: • Ժամանակ՝ 0.1-99.5 րոպե և շարունակական ռեժիմ: • 100 հիշողության ծրագրավորվող բջիջ: • Ռոտորի ավտոմատ ճանաչում: • RPM/RCF ցուցադրման ընտրություն: Անվտանգություն և կառուցվածք. • Մետաղական անվտանգ կորպուս և կափարիչ,
--	--	--	--	--	---

աշխատանքի ընթացքում կափարիչի կողպում, արտակարգ բացում: • Չժանգոտվող պողպատից ցենտրիֆուգման խցիկ: • Անհավասարակշռության դեպքում ավտոանջատում, շարժիչի գերտաքացումից պաշտպանություն:

• Համապատասխանություն՝ IEC1010, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-020:2006: • Քաշը (առանց ռոտորի)՝ ոչ ավելի, քան 32 կգ: Չափերը (առանց ռոտորի, L×H×P)՝ ոչ ավելի, քան 405×500×325 մմ: • Սնուցում՝ 230V/50-60 Hz: Ռոտորի արագ փոխարինում (հանվող ռոտորների համար). • Quickchange համակարգ՝ ռոտորի փոխարինում վայրկյանների ընթացքում: C) Պարտադիր՝ գնի մեջ ներառված Starter Kit (reusable Single Cellfunnel®) Գնի և մատակարարման մեջ պարտադիր ներառել Starter Kit՝ reusable Single Cellfunnel®-ով, քանակները՝ ըստ 12 դիրք ունեցող ռոտորի: • 12 չժանգոտվող կլիպսներ՝ առնվազն 390 տեսակի (stainless steel clips) • 12 reusable Single Cellfunnel® 304 • 200 disposable filter cards 305 • 200

					Cytoslides, coated, 311 Պատվերի կողի նշում. reusable Single Cellfunnel® Starter Kit-ի համար պատվերի համարին ավելացվում է "-R": EASY-rotor-ի դեպքում starter kit-ը պետք է ներառվի համապատասխան կերպով, և պարտադիր պետք է ներառվեն առնվազն 390 տեսակի չժանգոտվող կլիպսներ: Սերտիֆիկատներ և համապատասխանություն (պարտադիր). • CE համապատասխանության նշագրում • ISO 9001 • ISO 13485 • Համապատասխանություն IVDR (EU) 2017/746 պահանջներին (եթե կիրառելի է տվյալ սարքավորման/կոմպլեկտի համար և նշված է արտադրողի կողմից) Երաշխիք. • առնվազն 1 տարի (12 ամիս)՝ շահագործման հանձնելու / ընդունման ակտի ստորագրման օրվանից: MAF նամակ (պարտադիր). • Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել MAF letter (Manufacturer Authorization Form / արտադրողի լիազորագիր-նամակ)՝ հաստատելով, որ մասնակցող կազմակերպությունը
--	--	--	--	--	--

					հանդիսանում է արտադրողի կողմից լիազորված մատակարար/դիստրիբյուտոր և ունի իրավասություն մատակարարելու նշված սարքավորումը և սպառանյութերը, ինչպես նաև ապահովելու երաշխիքային սպասարկում: Ներառում է սարքում և տեղադրում վերաբերյալ հարկում F-26/18-ի նիժե լարորատորիայում:
Խաչափ	УЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом F44-ЕДХД № F-26/18	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара представляет полное описание предлагаемого им товара.			Մատակարարման ժամկետը՝
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	ապամակագրի ներքին օրվանից ոչ технические характеристики ավելի, քան 90 օրացուցային օր:
1					Տեղադրում և գործարկում՝
					մատակարարումից հետո ոչ ավելի, քան 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: