

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Meditech Equipment Co., Ltd	EKG1212T	EKG1212T	Meditech Equipment Co., Ltd	ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Թվային դիսփլեյ. անկյունագիծը 8" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ` 2,5, 5, 10, 20, 40 ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով ԷՍԳ չափումներ` բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, առավելագույն R [V5]

						կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լիոն ինդեքս P, R, T առանցք Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ Չֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր Էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Տարվումով՝ 8 կետ / մմ Ձայնագրող թուղթ՝ 210մմ x 30մմ Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 90 րոպե Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբերեա Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց: Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 Էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների Էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ
--	--	--	--	--	--	---

					Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗПԻԼԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	Meditech Equipment Co., Ltd	EKG1212T	EKG1212T	Meditech Equipment Co., Ltd	Портативный электрокардиограф Запись отведений ЭКГ: 12 стандартных отведений Каналы записи: 1/3 выбираемых пользователем Цифровой дисплей: площадь обзора: 8" Переключение выводов: ручное и автоматическое. Чувствительность, мм/мВ: 2,5, 5, 10, 20, 40 авто Сигнал калибровки: автоматический и ручной Все отведения, среднее значение, скорректированное среднее значение ЧСС, интервал RR PR, продолжительность QRS, интервал QT и интервал QTс, max R[V5] или

						[V6] и S[V1], Индекс Соколова-Лайона по оси P, R, T Диапазон частот, Гц Диагностический: Защита от дефибрилляции в соответствии с AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 Нефильтрованный 0,05...150 Гц Регистратор: управление входом независимо для каждого электрода и обнаружения кардиостимулятора Способ записи: разрешение термобумаги 8 точек мм Бумага для записи: 210 мм x 30 м Скорость записи, мм/сек: 5/ 10/ 25/ 50 выбираемый пользователем Внутренняя аккумуляторная батарея Время работы от батареи: 90 мин Подключение каналов стандартное или Cabrera Питание: 220В, 50Гц Наличие меню на русском и английском языках Аксессуары: 1. Кабель пациента 2. 6 электродов для грудных конечностей 3. 4 электрода для конечностей 4. 1 флакон геля для ЭКГ 5. 2 рулона бумаги Комплектация и аксессуары: Обучение персонала Руководство пользователя на английском новый, неиспользованный В комплект
--	--	--	--	--	--	--

					входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия 24 месяцев Сертификаты качества (наличие): 1. ISO 13485 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/ЕЕС сертификат СЕ
--	--	--	--	--	--