ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	իմունային անալիզի սարքեր	իմունային անալիզի սարքեր	իմունային անալիզի սարքեր	իմունային անալիզի սարքեր	"IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք) ELISA հաշվիչ սարք Անալիզատորը պետք է ապահովի տարբեր աշխատանքային հոսքեր, ներառյալ ELISA, սպիտակուցային վերլուծություն և այլ վերջնակետային արծանագրություններ: Միկրոլուների տեսակները ոչ պակաս քան 96 անցք Թվային էկրան Ֆիլտրերի ալիքի երկարության միջակայքը ոչ պակաս քան 400-700 նմ Առնվազն 5 ֆիլտրի առկայություն 405 նմ, 450 նմ, 492 նմ, 630 նմ, ոչ ավելի քան 10%

						շեղում (առանց կրկնությունների) Ընթերցանության միջակայքը առնվազն 0,001-3,0 Abs է: Ալիքի երկարության չափման ճշգրտությունը ոչ ավելի քան 2 նմ Ոչ պակաս քան RS232 և USB միացման պորտերի առկայություն Տպիչի առկայություն (արտաքին կամ ներկառուցված) Թափահարման ունակություն՝ փոփոխական արագությամբ և ցնցման ժամանակով Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում - 220 Վ, 50/60 Հց Լվացման սարք Ողողման երկու շիշը պետք է թույլ տա խուսափել շշերի փոխարինումից: Թափոնների պահեստային տարա՝ արտահոսքի նախազգուշացումով: Համատեղելի է ներքևի հարթ, U-ածև կամ V-ածև թիթեղների հետ 8 - և 12-անցքային գոտիների համար փոխարինելի կոլեկտորներով առնվազն 2 լվացման ռեժիմ Հատակի ավտոմատ հայտնաբերում և բախման պաշտպանություն Կարգավորելի թափահարման և ներծծման ժամանակ Դոզավորման ծավալը՝ ոչ պակաս քան 50-3000 մկլ միջակայքում Ստորին ազդեցության

					պաշտպանություն՝ ավտոմատ Շշերի ստանդարտ հավաքածու: 3 x 2 լ (լվացող միջոց) 2 x 2 լ (թափոններ) 2 x 2 լ (թորած ջուր) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ համակարգիչ և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք IVDR 2017/746 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					