

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈՍ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Scitek	ST-BA24B	ST-BA24B	Scitek Global Co.,Ltd.	Ավտոկլավ սեղանի Ավտոկլավ հորզոնական գոլորշային 24 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով Ախտահանվող գործընթացը ավտոմատ վերահսկվում է ՈւՆի չորացման գործառույթ ստերիլիզացված նյութերի չորացման համար Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն Տազնապը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման կամերայում ճնշումը մեծ է 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7

բարից, միանում է տազնապը և դուռը չի կարող բացվել Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն Ամբողջ մեքենան պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը 0,22ՄՊա կամ 2,2 բար Նախատեսված լինի վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար Նախատեսված լինի ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ունենա ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը 134°C Ջերմաստիճանի կարգավորումը 121°C-134°C միջակայքում Ախտահանման ժամանակը 1-60 րոպե տիրույթում Չորացման ժամանակը 0-20 րոպե տիրույթում Տաքության շեղումը $\pm 2^\circ\text{C}$ Պետք է ունենա դիսփլեյ աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար Սնուցումը 220Վոլտ, 50/60Հց Լրակազմ և

				<p>պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	Scitek	ST-BA24B	ST-BA24B	Scitek Global Co.,Ltd.	Ավտոկլավ սեղանի Ավտոկլավ հորզոնական գոլորշային 24 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով Ախտահանվող գործընթացը ավտոմատ վերահսկվում է ՈւՆի չորացման գործառույթ ստերիլիզացված նյութերի չորացման համար Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն Տազնապը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման կամերայում ճնշումը մեծ է 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7

բարից, միանում է տազնապը և դուռը չի կարող բացվել Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն Ամբողջ մեքենան պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը 0,22ՄՊա կամ 2,2 բար Նախատեսված լինի վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար Նախատեսված լինի ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ունենա ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը 134°C Ջերմաստիճանի կարգավորումը 121°C-134°C միջակայքում Ախտահանման ժամանակը 1-60 րոպե տիրույթում Չորացման ժամանակը 0-20 րոպե տիրույթում Տաքության շեղումը $\pm 2^\circ\text{C}$ Պետք է ունենա դիսփլեյ աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար Սնուցումը 220Վոլտ, 50/60Հց Լրակազմ և

				պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--