

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լաբտեխ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Իներտ Միջավայի Պահարան 4 ձեռնոցով, ազոտի և ջրածնի գեներատորներով, խառնման կայանքով	GBP750S-4	GBP750S-4	TENCAN	Սարքի աշխատանքը ամբողջությամբ ավտոնոմ է, սարքի իրանը ամբողջությամբ պատրաստված է 304 կարգի առնվազն 3 մմ հաստությամբ չժանգոտվող պողպատից, դիմապակու հաստությունը առնվազն 12մմ է, որը երկկողմ լամինացված է: Սարքը հագեցած է թթվածնի, օրգանական լուծիչների և խոնավության սենսորներով և դրանց պարունակությունը առավելագույնը 1 PPM կամ ≥99,9995% ապահովվող մաքրման կայանքով՝ առնվազն 1 հատ

					առնվազն 6,5 կգ պղնձե, առնվազն 1 հատ առնվազն 6 կգ մոլեկուլային ցանցային ֆիլտրեր, առնվազն 17լ ծավալով օրգանական միացությունների գտման ֆիլտր: Առնվազն 7 դոլյմ սենսորային կառավարման վահանակ, վակուումային պոմպ Edwards RV-12 կամ Vacuubrand կամ Leybold, առնվազն 2*10-3 վակուումի և 4լ/վ հզորությամբ: Սարքն ունի կողային երկու անկախ խցիկներ ($\phi 360 \times 600 \pm 2$մմ և $\phi 150 \times 360 \pm 2$մմ)՝ նախատեսված առանց հիմնական խցիկի հերմետիկության խախտման իրեր ներս և դուրս տեղափոխելու համար: Լուսավորություն՝ առնվազն 48 վտ ԼԵԴ լույս: 4 հատ բուրփլ ձեռնոց 0,4մմ պատի հաստությամբ, չափսերը՝ $200 \times 800 \pm 2$մմ: Սարքն ունի վակուումի/ազոտի փական, առնվազն 8 հոսանքի վարդակ, առնվազն չորս ստանդարտ KF-40 պորտեր, կրկնակի HEPA ֆիլտր, առնվազն 100մ3/ժ հզորությամբ օդափոխիչ, 4 դարակաշար, խցիկի ներքին չափսեր՝ $2000 \pm 100 \times 800 \pm 50 \times 1000 \pm 100$մմ, սարքի արտաքին չափսեր՝
--	--	--	--	--	--

2600±100x800±50*1800±100մմ:
Ազոտի գեներատոր: Գեներացված
գազի մաքրություն $\geq 99,999\%$:
Սարքը նախատեսված է
ծեռնոցատուփերին գերմաքուր
գազային ազոտի մատակարարման
և պահպանման համար:
Տեխնիկական պարամետրերն են՝
արտադրողականություն՝ $\geq 17 \text{ L /}$
Բոպե: Գեներացված գազի ելքային
ճնշում՝ ≥ 8 մթն, գազի պահպանման
բալոնի ծավալ՝ $\geq 100 \text{ L}$: Սարքի
սնուցման պարամետրեր՝ 220 վ /
50Հց, 1 կվտ: Սարքի արտաքին
չափսեր՝ 700*600*1300 մմ $\pm 10\%$:
Սարքը կառավարվում է
ծրագրավորվող թվային
համակարգով, հագեցած է մի շարք
անվտանգային համակարգերով,
ինչպես նաև մուտքային/ելքային
գազերի, բալոնի ճնշման
ցուցիչներով: Աշխատանքային
ռեժիմում սարքի աղմուկը ոչ ավել
քան 50 դբ: Ազոտի գեներատորը
համալրված է՝ 1) օդի կոմպրեսորով՝
առնվազն 200 L ծավալով բաքով, 4
հատ 1500 Վտ անյուղ մեմբրանային
պոմպերով (ընդհանուր 6 կվտ): 2)
Օդը չորացնող ավտոնոմ սարքից՝

					Նախատեսված է 2,5-3 մ3/ր օդի հզորությամբ կոմպրեսորի արտադրած 8-12 մթնոլորտ ճնշման տակ գտնվող գերտաք օդը սառեցնելու, կոնդենսատը կուտակելու և ավտոմատ կերպով այն հեռացնելու համար: Այն բաղկացած է 600վտ կոմպրեսորից, հովացնող օդափոխիչից, հովացման ջերմափոխանակիչից: Ունի եռաստիճան ֆիլտրման համակարգ՝ ջուրը, օրգանական միացությունները, փոշին, բակտերիաները և հոտերը 99,9% հեռացնելու համար, մաքրված օդում մնացորդների պարունակությունը չպետք է գերազանցի 0,001 մգ/մ3, 0,001 ppm: Ջրածնի գեներատոր: Նախատեսված է գերմաքուր չոր գազային ջրածնի ստացման: Տեխնիկական պարամետրերն են. Գեներացված գազի մաքրություն $\geq 99,99\%$: Գեներացված գազի արտադրողականություն. ≥ 1000 մլ / րոպե: Գեներացված գազի ելքային ճնշում. ≥ 6 մթն.: Սարքի սնուցման պարամետրեր. 220 վոլտ/50Հգ, 350 վտ: Սարքի արտաքին չափսեր առավելագույնը 60*30*45 սմ: Սարքը
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО ЛАБТЕХГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЧ44-ЕУДП-12P-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					կառավարվում է ծրագրավորվող թվային համակարգով, հագեցած է մի շարք անվտանգային համակարգերով, ինչպես նաև մուտքային/ելքային գազերի ցուցիչներով: Աշխատանքային ռեժիմում սարքի աղմուկը ոչ ավել քան 50 դբ: Գազերի խառնման կապակց: Թողուկակողությունը առնվազն 25 լ/ր, առավելագույնը՝ 60 մթն, առավելագույն ելքային ճնշում՝ 25 տեխնիկական հատկանիշները՝ 8 մմ, ճշգրտությունը առնվազն՝ 2,5%:
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					Համակարգը պետք է ներառի հավելյալ պահեստամասեր՝ 2 զույգ բուրիլային ձեռնոց, 2 զույգ ձեռնոցի օղակներ, վակուումային յուղ 8 լ, օդի ֆիլտր և կաթիլորսիչ՝ կարգավորվող փականով՝ 1 հատ, 8 և 10 մմ պոլիուրետանյաին խողովակներ՝ 50-ական մետր, միացումների համար անհրաժեշտ ցանկացած այլ կցամաս, փական, ճնշաչափ և այլն պետք է տրամադրվի մատակարարի կողմից: Փաթեթը ներառում է՝ տեղափոխում և տեղադրում ՕԴՔ ԳՏԿ 2 հարկի լաբորատորիայում, սարքի մեկնարկ, ուսուցում:

					Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկում՝ 1 տարի:
--	--	--	--	--	---