ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արֆարմացիա ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	ակնաբուժական սարքեր	ակնաբուժական սարքեր	ակնաբուժական սարքեր	ակնաբուժական սարքեր	Ճեղքվածքային լամպի մանրադիտակ Մանրադիտակ Մանրադիտակի տեսակը՝ Գալիլեյան տիպի կամ Զուգահեռ տիպի Խոշորացման փոփոխությունը՝ պտտվող թմբուկ ոչ պակաս քան 5 աստիճան Ընդհանուր խոշորացում՝ ոչ պակաս քան 6X, 10X, 16X, 25X, 40X Աչքի մասերը (Окуляры)՝ ոչ պակաս քան 12,5X Անկյունը աչքի մասերի միջև՝ ոչ պակաս քան 13° Բիբի կարգավորումը՝ ոչ պակաս քան 55մմ-75 մմ տիրույթում Դիոպտրի կարգավորումը՝ ոչ պակաս, քան ± 5D Տեսադաշտը՝ ոչ

						պակաս, քան 34 մմ (6X), 20 մմ (10X), 13 մմ (16X), 8 մմ (25X), 5 մմ (40X) Ճեղքված լուսավորություն Ճեղքի լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 0-14 մմ անընդմեջ միջակայքում (ճեղքը դառնում է շրջան 14 մմ-ից) Ճեղքվածքի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 1-14 մմ շարունակական տիրույթում Բացվածքի տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան Φ14մմ, Φ10մմ, Φ5մմ, Φ3մմ, Φ2մմ, Φ1մմ, Φ0.2մմ Ճեղքման անկյունը՝ոչ պակաս քան 0°-180° Ֆիլտրեր՝ ոչ պակաս քան ջերմային կլանիչ ֆիլտր, չեզոք ֆիլտր, առանց կարմրի ֆիլտր, կապույտ կոբալտ ֆիլտր Լամպի լուսավորությունը՝ ոչ պակաս, քան 50KLX Գործիքային բազա Երկայնական շարժում՝ ոչ պակաս քան 100 մմ Կողային շարժում՝ ոչ պակաս քան 100 մմ Ուղղահայաց շարժում՝ ոչ պակաս քան 30 մմ Հիմքի ճշգրիտ շարժում՝ ոչ պակաս քան 15 մմ Կզակի հիմք Ուղղահայաց շարժում՝ ոչ պակաս քան 80 մմ Ամրագրում. LED Էլեկտրոսնուցում Լարում՝ 220 Վ ± 10% Հաճախականությունը՝ 50Hz / 60Hz Լրակազմ և պարագաներ

					Բոլոր անհրաժեշտ կցամասերի առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար Ֆիքսվող անիվներով շարժական սեղանիկի առկայություն սարքի տեղադրման համար նույն արտադրողից Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Арфармация ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14					