

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Ա-34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	COAG CONTROL N + P	COAG CONTROL N + P	COAG CONTROL N + P	Diagnostica Stago	STart Max վերլուծիչին համապատասխանող ստուգիչ պլազմա /Coag Contol N+P/: Ֆորմատ՝12x2x1մլ : Ֆիրմային նշանի առկայություն: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր՝ ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): Համապատասխան վերլուծիչը

					տրամադրվում և տեղադրվում է մատակարարի կողմից առնվազն 12 ամիս ժամկետով:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 191
EUEU72P-2026/U-34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
26					