

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/79 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	-	-	-	-	Սպեկտրալ տիրույթը, նմ -315-990 Սպեկտրալ միջակայքը, նմ -5-6 Բաց թողման գործակիցը, 0.1-100 Օպտիկական խտությունը-0-3 Բաց թողման գործակցի շեղում-0.5-0.6 Ալիքի երկարության կարգաբերման սխալը, նմ ոչ ավել քան 3 Միջին քառակուսային շեղումը բացարձակ շեղում -0.15-0.16 Տարանջատող տարր (Диспергирующий элемент)` դիֆրակցիոն ցանց`, գոգավոր, շառավիղը` մմ -250-252 Գծերի քանակը 1 մմ-ում -1200 Սնուցման աղբյուր` փոփոխական հոսանք 220Վ, 50/60 Ճառագայթման

					աղբյուր՝ հալոգենային լամպ ԿՀՓ (կվարցային հալոգենային փոքրաչափ)- 12-10-2 Ճառագայթը ընդունող՝ ֆոտոդիոդ – ֆոտոդիոդ 2885Ե Աշխատանքային կյուվետների երկարությունը՝ մմ-1-100 ֆոտոմետրի ընդհանուր չափսերը՝ մմ 500-501□360-361□165-166 ֆոտոմետրի զանգվածը առանց փաթեթավորման, կգ 15-16 Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է առնվազն 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի կատարման փուլում անհրաժեշտ է ներկայացնել
--	--	--	--	--	---

					ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	-	-	-	-	Սպեկտրալ տիրույթը, նմ -315-990 Սպեկտրալ միջակայքը, նմ -5-6 Բաց թողման գործակիցը, 0.1-100 Օպտիկական խտությունը-0-3 Բաց թողման գործակցի շեղում-0.5-0.6 Ալիքի երկարության կարգաբերման սխալը, նմ ոչ ավել քան 3 Միջին քառակուսային շեղումը բացարձակ շեղում -0.15-0.16 Տարանջատող տարր (Диспергирующий элемент)` դիֆրակցիոն ցանց`, գոգավոր, շառավիղը` մմ -250-252 Գծերի քանակը 1 մմ-ում -1200 Սնուցման աղբյուր` փոփոխական հոսանք 220Վ, 50/60 Ճառագայթման

					աղբյուր՝ հալոգենային լամպ ԿՀՓ (կվարցային հալոգենային փոքրաչափ)- 12-10-2 Ճառագայթը ընդունող՝ ֆոտոդիոդ – ֆոտոդիոդ 2885Ե Աշխատանքային կյուվետների երկարությունը՝ մմ-1-100 ֆոտոմետրի ընդհանուր չափսերը՝ մմ 500-501□360-361□165-166 ֆոտոմետրի զանգվածը առանց փաթեթավորման, կգ 15-16 Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է առնվազն 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի կատարման փուլում անհրաժեշտ է ներկայացնել
--	--	--	--	--	---

					ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	---