

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/79 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	-	-	-	-	Սարք՝ նախատեսված հողի տարբեր սենսորների միացման և տվյալների տեղում դիտարկման համար: Չափում է հողի խոնավությունը, ջերմաստիճանը, EC-ն, pH-ը և NPK-ն: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ $-20 \pm 10\%$... $+50 \pm 10\%$ °C Աշխատանքային խոնավություն՝ 0-90 %RH, առանց կոնդենսացիայի: Պետք է ունենա գունավոր LCD էկրան և ապահովի տվյալների հստակ և ընթերցելի ցուցադրում դաշտային պայմաններում: Ներքին հիշողություն՝ $4 \pm 10\%$ MB: Սնուցում /

				լիցքավորում՝ $12 \pm 10\%$ V DC: Մարտկոց՝ լիթիումային, $2500 \pm 10\%$ mAh (ստանդարտ): Լիցքավորման ժամանակ՝ ≤ 4 ժամ: Խոնավության չափում. Չափման միջակայք՝ 0-100 %: Ճշգրտություն՝ $\pm 3\%$ (0-53 % միջակայքում), $\pm 5\%$ (53-100 % միջակայքում): Ջերմաստիճանի չափում. Չափման միջակայք՝ $-40 \pm 10\% \dots +80 \pm 10\%$ °C: Ճշգրտություն՝ ± 0.5 °C: Էլեկտրահաղորդունակություն (EC) Չափման միջակայք՝ 0-10000 $\mu\text{S}/\text{սմ}$, Ճշգրտություն՝ ± 10 $\mu\text{S}/\text{սմ}$: NPK սենսոր Չափման միջակայք՝ 0-1999 mg/kg, Ճշգրտություն՝ $\pm 2\%$ F.S. Լուծաչափ՝ 1 mg/kg: pH սենսոր pH չափման միջակայք՝ 3-9 pH, Ճշգրտություն՝ ± 0.3 pH: Առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦДЦНЗР-26/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					