

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/79 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Фотометр фотоэле ктрический КФК-3-01	ЗОМЗ	КФК-3-01	АО «ЗОМЗ»	Սպեկտրալ տիրույթը, նմ -315-990 Սպեկտրալ միջակայքը, նմ -5-6 Բաց թողման գործակիցը, 0.1-100 Օպտիկական խտությունը-0-3 Բաց թողման գործակցի շեղում-0.5-0.6 Ալիքի երկարության կարգաբերման սխալը, նմ ոչ ավել քան 3 Միջին քառակուսային շեղումը բացարձակ շեղում -0.15-0.16 Տարանջատող տարր (Диспергирующий элемент)` դիֆրակցիոն ցանց`, գոգավոր, շառավիղը` մմ -250-252 Գծերի քանակը 1 մմ-ում -1200 Սնուցման աղբյուր` փոփոխական հոսանք 220Վ, 50/60 Ճառագայթման

					աղբյուր՝ հալոգենային լամպ ԿՀՓ (կվարցային հալոգենային փոքրաչափ)- 12-10-2 Ճառագայթը ընդունող՝ ֆոտոդիոդ – ֆոտոդիոդ 2885Ե Աշխատանքային կյուվետների երկարությունը՝ մմ-1-100 ֆոտոմետրի ընդհանուր չափսերը՝ մմ 500-501□360-361□165-166 ֆոտոմետրի զանգվածը առանց փաթեթավորման, կգ 15-16 Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է առնվազն 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի կատարման փուլում անհրաժեշտ է ներկայացնել
--	--	--	--	--	---

					ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Б74-ЕЦДЦ72Р-26/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01	ЗОМЗ	КФК-3-01	АО «ЗОМЗ»	Спектральный диапазон, нм -315-990 Спектральный интервал, нм -5-6 Коэффициент излучения, 0,1-100 Оптическая плотность -0,3 Отклонение коэффициента излучения -0,5-0,6 Погрешность регулировки длины волны, нм не более 3 Среднеквадратичное абсолютное отклонение -0,15-0,16 Дисперсионный элемент (Дисперсионный элемент): дифракционная решетка, вогнутая, радиус: мм -250-252 Количество линий на 1 мм -1200 Питание: переменный ток 220 В, 50/60 В

					Источник излучения: галогенная лампа КХП (кварцевая галогенная малогабаритная) - 12-10-2 Приемник луча: фотодиод - фотодиод 2885Б Рабочая длина ячейки: мм -1-100 Габаритные размеры фотометра: мм 500-501□360-361□165-166 Масса фотометра без упаковки, кг 15-16 Изделия в списке должны быть новыми (не менее 1 года с момента производства), неиспользованными и не содержать бывших в употреблении или частично изношенных деталей. Состав изделий должен быть согласован с заказчиком до поставки. В комплект поставки входит гарантия не менее 1 года, установка оборудования при поставке, настройка и обучение сотрудников YSU соответствующим(и) специалистом(ами). На этапе исполнения договора необходимо предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя изделия.
--	--	--	--	--	---

