

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եվրոմեդ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
98	Չդոռովե +	Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ 2	Չդոռովե +	Ազդրոսկրի երկար պրոքսիմալ մեխ, ներառյալ բլոկավորող պտուտակը(տիտանի համաձուլվածք): Ազդրոսկրի պրոքսիմալ ինտրամեդուլյար կանուլացված մեխ՝ աջ և ձախ: Նյութ՝ տիտանի համաձուլվածք, BT-6: Դիստալ հատվածում՝ 4 անցք, 4 ,6մմ տրամագծով, այդ թվում՝ 1 օվալաձև անցք՝ դինամիզացիայի համար, 1 կլոր անցք ֆրոնտալ հարթության մեջ, 2 կլոր անցք սագիտալ հարթության մեջ: Դիստալ հատվածից մինչև մոտակա անցքի հեռավորությունը կազմում է 10մմ: Պրոքսիմալ հատվածում պետք է լինի 2 անցք, ֆրոնտալ հարթության մեջ բլոկավորման համար, մեխի դիաֆիզար հատվածի նկատմամբ 130° անկյան տակ, այդ թվում՝ 1 անցք 6.5մմ տրամագծով պտուտակի համար և 1 անցք 11մմ տրամագծով պտուտակի համար: Աջ՝ հաստությունը՝ 10 և 11մմ: Երկարությունը՝

				320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ: Չափ- հաստությունը՝ 10 և 11մմ, Երկարությունը՝ 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ; Իմպպլանտի վրա պետք է նշված լինեն, արտադրողի անվանումը, կատալոգային և խմբաքանակի համարները, չափսը: Ազդոսկրի երկար պրոքսիմալ մեխի կենտրոնական պտուտակ(տիտանի համաձուլվածք) Պտուտակի երկարությունը 10.5-12մմ է: Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, BT-6, ձևը կանոնացված, կանոնի տրամագիծը ոչ պակաս քան 3.1մմ է: Ըստ երկարության՝ 80մմ, 85մմ, 90մմ, 95մմ, 100մմ, 105մմ, 110մմ, 115մմ: Պտուտակի վրա պետք է նշված լինեն, արտադրողի անվանումը, կատալոգային և խմբաքանակի համարները, չափսը: Ազդոսկրի երկար պրոքսիմալ մեխի անտիռոտացիոն պտուտակ(տիտանի համաձուլվածք) Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: Պտուտակի արտաքին տրամագիծը 6.5-7.0մմ : ձևը կանոնացված, կանոնի տրամագիծը ոչ պակաս քան 3.1մմ է: Ըստ երկարության՝ 80մմ, 85մմ, 90մմ, 95մմ, 100մմ, 105մմ, 110մմ, 115մմ: Պտուտակի վրա պետք է նշված լինեն, արտադրողի անվանումը, կատալոգային և խմբաքանակի համարները, չափսը: Ազդոսկրի երկար մեխի լոքինգ պտուտակներ(տիտանի համաձուլվածք) Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, թույլատրված մարդու օրգանիզմում իմպլանտացիայի համար, երկարությունը ոչ պակաս քան 30մմ: Չափերը ըստ երկարության՝ 30մմ, 35մմ, 40մմ, 45մմ, 50մմ, 55մմ, 60մմ, 65մմ, 70մմ: Արտաքին տրամագիծը ոչ պակաս քան 3.1մմ: Գլխիկի ձևը գլանաձև, շլիցը՝ վեցանկյուն: Պտուտակի վրա պետք է նշված լինեն, արտադրողի անվանումը,
--	--	--	--	--

			կատալոգային և խմբաքանակի համարները, չափսը: Ազդրոսկրի կարճ ինտրամեդուլյար մեխ Նյուլթը՝ տիտանի համաձուլվածք, նախատեսված մարդու օրգանիզմում իմպլանտացիայի համար: Հաստությունը 10մմ և 11մմ: Երկարությունը ոչ պակաս քան 240մմ: Պրոքսիմալ հատվածում 1 կլոր անցք՝ ոչ պակաս քան 11մմ տրամագծով և 1 կլոր անցք՝ ոչ պակաս քան 6.5մմ տրամագծով: Անկյունը 130°: Դիստալ հատվածում 2 անցք, ոչ պակաս քան 4.6 մմ տրամագծով: Տեղադրման եղանակ՝ ստատիկ և դինամիկ: Պտուտակի վրա պետք է նշված լինեն, արտադրողի անվանումը, կատալոգային և խմբաքանակի համարները, չափսը: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (Երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Եվրոմեդ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/16-15-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
98	Չդոռովե +	Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ 2	Չդոռովե +	Ազդրոսկրի երկար պրոքսիմալ մեխ, ներառյալ բլոկավորող պտուտակը(տիտանի համաձուլվածք): Ազդրոսկրի պրոքսիմալ ինտրամեդուլյար կանուլացված մեխ՝ աջ և ձախ: Նյութ՝ տիտանի համաձուլվածք, BT-6: Դիստալ հատվածում ՝4 անցք, 4 ,6մմ տրամագծով, այդ թվում՝ 1 օվալաձև անցք՝ դինամիզացիայի համար, 1 կլոր անցք ֆրոնտալ հարթության մեջ, 2 կլոր անցք սագիտտալ հարթության մեջ: Դիստալ հատվածից մինչև մոտակա անցքի հեռավորությունը կազմում է 10մմ: Պրոքսիմալ հատվածում պետք է լինի 2 անցք, ֆրոնտալ հարթության մեջ բլոկավորման համար, մեխի դիաֆիզար հատվածի նկատմամբ 130° անկյան տակ, այդ թվում՝1 անցք 6.5մմ տրամագծով պտուտակի համար և 1 անցք 11մմ տրամագծով պտուտակի համար: Աջ՝ հաստությունը՝ 10 և 11մմ: Երկարությունը՝

				320մմ,340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ: Չախ- հաստությունը՝ 10 և 11մմ, Երկարությունը՝ 320մմ,340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ; Իմպպլանտի վրա պետք է նշված լինեն, արտադրողի անվանումը, կատալոգային և խմբաքանակի համարները, չափսը: Ազդոսկրի երկար պրոքսիմալ մեխի կենտրոնական պտուտակ(տիտանի համաձուլվածք) Պտուտակի երկարությունը 10.5-12մմ է: Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, BT-6, ձևը կանուլացված, կանուլի տրամագիծը ոչ պակաս քան 3.1մմ է: Ըստ երկարության՝ 80մմ, 85մմ, 90մմ, 95մմ, 100մմ, 105մմ, 110մմ, 115մմ: Պտուտակի վրա պետք է նշված լինեն, արտադրողի անվանումը, կատալոգային և խմբաքանակի համարները, չափսը: Ազդոսկրի երկար պրոքսիմալ մեխի անտիռոտացիոն պտուտակ(տիտանի համաձուլվածք) Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: Պտուտակի արտաքին տրամագիծը 6.5-7.0մմ : ձևը կանուլացված, կանուլի տրամագիծը ոչ պակաս քան 3.1մմ է: Ըստ երկարության՝ 80մմ, 85մմ, 90մմ, 95մմ, 100մմ, 105մմ, 110մմ, 115մմ: Պտուտակի վրա պետք է նշված լինեն, արտադրողի անվանումը, կատալոգային և խմբաքանակի համարները, չափսը: Ազդոսկրի երկար մեխի լոքինգ պտուտակներ(տիտանի համաձուլվածք) Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, թույլատրված մարդու օրգանիզմում իմպլանտացիայի համար, երկարությունը ոչ պակաս քան 30մմ: Չափերը ըստ երկարության՝ 30մմ, 35մմ, 40մմ, 45մմ, 50մմ, 55մմ, 60մմ, 65մմ, 70մմ: Արտաքին տրամագիծը ոչ պակաս քան 3.1մմ: Գլխիկի ձևը գլանաձև, շլիցը՝ վեցանկյուն: Պտուտակի վրա պետք է նշված լինեն, արտադրողի անվանումը,
--	--	--	--	--

			կատալոգային և խմբաքանակի համարները, չափսը: Ազդրոսկրի կարճ ինտրամեդուլյար մեխ Նյուլթը՝ տիտանի համաձուլվածք, նախատեսված մարդու օրգանիզմում իմպլանտացիայի համար: Հաստությունը 10մմ և 11մմ: Երկարությունը ոչ պակաս քան 240մմ: Պրոքսիմալ հատվածում 1 կլոր անցք՝ ոչ պակաս քան 11մմ տրամագծով և 1 կլոր անցք՝ ոչ պակաս քան 6.5մմ տրամագծով: Անկյունը 130°: Դիստալ հատվածում 2 անցք, ոչ պակաս քան 4.6 մմ տրամագծով: Տեղադրման եղանակ՝ ստատիկ և դինամիկ: Պտուտակի վրա պետք է նշված լինեն, արտադրողի անվանումը, կատալոգային և խմբաքանակի համարները, չափսը: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (Երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:
--	--	--	---