

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՏՄ-ՆԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	CZMEDITECH	CZMEDITECH	YSC92	Changzhou Meditech Technology Co., Ltd.	Միջին մետաղական-հարթակներ-Բազկի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և նորմալ` ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը` չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք: Հարթակի պահանջվող անցքերն են` 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 և 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական` ոչ արգելափակող գլխիկով և

արգելափակող գլխիկով  
պտուտակների համար:" " Բազկի  
պրոքսիմալ հարթակ,  
արգելափակվող (Philos) և նորմալ`  
ոչ արգելափակվող, սահմանափակ  
կոնտակտով դիսամիկ կոմպրեսսիոն  
են, պատրաստման նյութը`  
չժանգոտվող պողպատի և տիտանի  
համաձուլվածք, քիչ ինվազիվ  
ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ  
համատեղելի (LISS) և ոչ:  
Կոմբինացված անցքերով,  
պահանջվող անցքերն են` 3, 4, 5, 6,  
7, 8, 9, 10, 12 (ըստ պահանջի),  
համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ և  
3,5մմ, 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական`  
ոչ արգելափակող գլխիկով և  
արգելափակող գլխիկով  
պտուտակների համար:" " Բազկի  
դիստալ մեդիալ/լատերալ հարթակ,  
արգելափակվող և նորմալ` ոչ  
արգելափակվող: Հարթակները աջ և  
ձախ վերջույթների համար տարբեր  
են, մեդիալ և լատերալ  
հատվածների համար ևս տարբեր  
են, սահմանափակ կոնտակտով  
դիսամիկ կոմպրեսսիոն են,  
պատրաստման նյութը` չժանգոտվող  
պողպատի և տիտանի

համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են՝ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,7մմ, 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար:" " Ոլոքի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք: Հարթակի պահանջվող անցքերն են՝ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 4.5մմ, և 5,0մմ կորտիկալ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար:" " Ոլոքի պրոքսիմալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ

արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են՝ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 անցք, նախատեսված 3.5մմ և 5.0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ:" " Ուղքի դիստալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են՝ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 կոմբինացված անցք նախատեսված 3.5մմ և 5.0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և

<p>ԱՐՄՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՄ ՄԴՐ</p>	<p>в качестве участника в рамках</p>	<p>участия в электронном аукционе под</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>кодом SU-CP4-EU&amp;U 02P-26/35 ниже</p>	<p>6,5մմ սպոնգիոգ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ: Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները</p>
<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>					
<b>предлагаемого товара</b>					
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>աանհրաժեշտ է մատակարարել տեխնիկական համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածուի հետ: Արջիմ բեռնադրված հարթակներ-</p>
<p>4</p>	<p>CZMEDITECH</p>	<p>CZMEDITECH</p>	<p>YSC92</p>	<p>Changzhou Meditech Technology Co., Ltd.</p>	<p>Բազկի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք: Հարթակի պահանջվող անցքերն են՝ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 և 4.0 մմ սպոնգիոգ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և</p>

արգելափակող գլխիկով  
պտուտակների համար:" " Բազկի  
պրոքսիմալ հարթակ,  
արգելափակվող (Philos) և նորմալ`  
ոչ արգելափակվող, սահմանափակ  
կոնտակտով դիսամիկ կոմպրեսսիոն  
են, պատրաստման նյութը`  
չժանգոտվող պողպատի և տիտանի  
համաձուլվածք, քիչ ինվազիվ  
ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ  
համատեղելի (LISS) և ոչ:  
Կոմբինացված անցքերով,  
պահանջվող անցքերն են` 3, 4, 5, 6,  
7, 8, 9, 10, 12 (ըստ պահանջի),  
համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ և  
3,5մմ, 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական`  
ոչ արգելափակող գլխիկով և  
արգելափակող գլխիկով  
պտուտակների համար:" " Բազկի  
դիստալ մեդիալ/լատերալ հարթակ,  
արգելափակվող և նորմալ` ոչ  
արգելափակվող: Հարթակները աջ և  
ձախ վերջույթների համար տարբեր  
են, մեդիալ և լատերալ  
հատվածների համար ևս տարբեր  
են, սահմանափակ կոնտակտով  
դիսամիկ կոմպրեսսիոն են,  
պատրաստման նյութը` չժանգոտվող  
պողպատի և տիտանի

համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են՝ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,7մմ, 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար:" " Ոլոքի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք: Հարթակի պահանջվող անցքերն են՝ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 4.5մմ, և 5,0մմ կորտիկալ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար:" " Ոլոքի պրոքսիմալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ

արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են՝ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 անցք, նախատեսված 3.5մմ և 5.0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ:" " Ուղքի դիստալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են՝ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 կոմբինացված անցք նախատեսված 3.5մմ և 5.0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և



					<p>6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ: Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները ասնհրաժեշտ է մատակարարել տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածուի հետ:</p>
--	--	--	--	--	---