

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՍԱ ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17                 | <p>ԳԳՏ որոշման թեսթ հավաքածու նախատեսված ACCENT 220S ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար:<br/>Ֆորմատ՝ 130 թեստ: Թաթեթավորում՝ ACCENT 220S վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով:<br/>Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT 220S ծրագրելու սխեման: Ծրագրավորումն իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕЦДЦПЗР-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |
|------------|----------------------------|
|            | технические характеристики |
| 17         |                            |