

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Էլեկտրասրտագրու թյան սարք համալրված սպիրոմետրայով	Էլեկտրասրտագրու թյան սարք համալրված սպիրոմետրայով	Էլեկտրասրտագրու թյան սարք համալրված սպիրոմետրայով	Էլեկտրասրտագրու թյան սարք համալրված սպիրոմետրայով	Էլեկտրասրտագրության սարք համալրված սպիրոմետրայով: Սարքը պետք է օգտագործողի համար հեշտ և ինտուիտիվ, ունենա առնվազն ԷՍԳ 12 ալիքների միաժամանակյա գրանցման հնարավորություն, Գունավոր TFT Էկրան առնվազն` 8 դույմ, թողունակությունը առնվազն` 800×480 պիքսել, ստանդարտ չափումներ Heart Rate, PR/RR, QRS, QT/QTc, P/QRS/T axis, RV5/SV1/R+S,զգայնությունը` առնվազն 2.5, 5, 10, 20, Auto (I~aVF: 10, V1~V6: 5)mm/mV, տպման

					արագությունը՝ առնվազն 5, 12.5, 25, 50, 100 մմ/վրկ, գրանցումը առնվազն՝ 12ալիք, ավտոմատ վերլուծություն, ռիթմ, առթմիհաների հայտնաբերում: Ներքին աղմուկը առավելագույնը՝ 20սV(p-p), CMRR: > 105dB, ժամանակային հաստատուն 3.2 վրկ, Դեֆիբրիլացիայից պաշտպանվածություն, Էլեկտրոդի անջատման հայտնաբերում, Պեյսմեյքերի զարկի հայտնաբերում, Ներկառուցված հիշողության կրիչ առնվազն 500 ԷՍԳ-ի համար: Ֆայլերի ֆորմատը PDF, JPG, BMP, XML, MFER, DICOM, ֆայլերի փոխանցումը USB-ի միջոցով :Էլեկտրասնուցումը 100-240V 2-1A, 50/60Hz, Վերալիցքավորվող լիթիում իոնային մարտկոցի առկայություն 10.89V 2.6A , առնվազն 4 ժամ աշխատանքի հնարավորությամբ: Սպիրոմետրը պետք է աշխատի որպես ինտեգրացված մաս Էլեկտրասրտագրության սարիք հետ: Սպիրոմետրայի չափման ֆորմատները պետք էլինեն առնվազն ` FVC, SVC, MVV, COPD6, Նախա և հետո բրոնխոդիլատացիայի
--	--	--	--	--	---

համեմատություններ: Չափման
մեթոդը՝ չափում ճնշումների
տարբերությամբ: Չափվող
արժեքները առնվազն՝ FVC, FEV0.5,
FEV1, FEV3, FEV0.5/FVC, FEV1/FVC,
FEV3/FVC, FEF25-75%, PEF, MFE25%,
MEF50%, MFE75%, FIVC, FIV1,
FIV1/FIVC, FIV1/FVC, PIF, FEV1, FEV6,
FEV1/FEV6, SVC, TV, ERV, IRV, MVV,
RR, TV,: Չափման միջակայքը հոսքը
առնվազն $\pm 14\%$, ծավալը առնվազն
15լ, չափման ճշգրտությունը հոսքի
դեպքում առնվազն $\pm 5\%$, ծավալի
դեպքում առնվազն $\pm 5\%$: Տվյալների
ցուցադրությունը առնվազն՝
հոսք/ծավալ կորի առկայություն,
ժամանակ/ծավալ կորի
առկայություն, չափումների
աղուսյակ, իրական ժամանակում
հոսքի կոր: Սարքը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված, մատակարարման
պահից ոչ ուշ քան 12 ամիս առաջ
արտադրված, գործարանային
փաթեթավորումով, Համալրված
պետք է լինի անհրաժեշտ բոլոր
աքսեսուարներով էսզ բնականոն
գործունեության համար ինչպես
նաև առնվազն 1 հատ
սպիրոմետրիայի բռնակի կրիչ,

					առնվազն 100 հատ մեկանգամյա օգտագործման պլաստիկ բերանակալներ, առնվազն 3 հատ քթի կլիպներ, օգտագործողի ձեռնարկ՝ անգլերեն կամ ռուսերեն կամ հայերեն: Երաշխիք առնվազն 12 ամիս: Որակի վկայականների առկայություն CE ըստ Directive 93/42/EEC կամ համարժեք 2017/745 (MDR) կամ համարժեք, ISO 13485:2016:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 1244-10000000-2026/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					