

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Սրտի ռիթմի դինամիկ հսկողության հոլտեր	Սրտի ռիթմի դինամիկ հսկողության հոլտեր	Սրտի ռիթմի դինամիկ հսկողության հոլտեր	Սրտի ռիթմի դինամիկ հսկողության հոլտեր	Սրտի ռիթմի դինամիկ հսկողության հոլտեր սարք որը պետք է ունենա OLED էկրան թողունակությունը առնվազն ` 160×128 պիքսել, իրական ժամանակում պետք է կարողանա պահպանել ԷՍԳ տվյալներ առնվազն 24 ժամ, ունենա առնվազն 12-ալիքային համաժամանակյա վերլուծություն՝ ապահովելով QRS ալիքների ճշգրիտ հայտնաբերում առանց աղավաղման: Պետք է ապահովի ST սեգմենտի վերլուծություն և միոկարդի իշեմիայի ընդհանուր բեռնվածության գնահատում, HRT

					վերլուծություն, T ատամիկի ալտերնացիա վերլուծություն, QT դիսպերսիայի վերլուծություն, փորոքային ուշ պոտենցիալների վերլուծություն, վեկտորային ECG վերլուծություն, Նախասրտային ֆիբրիլյացիայի վերլուծություն: Սրտի ռիթմի հաճախականության վերլուծություն՝ առնվազն 5 րոպե, 1 ժամ և 24 ժամ միջակայքներով: Սարքի ստանդարտ զգայունությունը պետք է լինի առնվազն 10մմ/մՎ±5%, աղմուկի մակարդակը՝ առնվազն $\leq 30\mu V$, CMRR՝ $\geq 60dB$, սքանավորման արագությունը՝ ռնվազն 25մմ/վրկ±5%, նվազագույն չափվող ազդանշանը՝ առնվազն 50 μV p-p: Սնուցումը AA չափսի մարտկոցների միջոցով: Պացիենտի հարմարավետության համար սարքի քաշը պետք է լինի ոչ ավել քան 110 գրամ առանց մարտկոցների, չափսերը առավելագույնը՝ 115մմ(Ե) *65 մմ(L) *25 մմ(F) : Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, մատակարարման պահից ոչ ուշ քան 12 ամիս առաջ արտադրված, գործարանային փաթեթավորումով, համակարգչի համար նախատեսված
--	--	--	--	--	--

				վերլուծությունների ծրագրային ապահովման կրիչի առկայությամբ: Համալրված պետք է լինի 12-ալիքային EՍԳ լարերով` 1 հավաքածու, EՍԳ էլեկտրոդներ առնվազն 20 հատ, տվյալների փոխանցման USB մալուխ 1 հատ, օգտագործողի ձեռնարկ` անգլերեն կամ ռուսերեն կամ հայերեն: Երաշխիք առնվազն 12 ամիս: Որակի վկայականների առկայություն CE ըստ Directive 93/42/EEC կամ համարժեք 2017/745 (MDR) կամ համարժեք, FDA, ISO 13485:2016, ISO 9001:2015:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 1204-Е00000000-2026/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					