

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Արտակարգ և անհետաձգելի բժշկական օգնության սայլակ Crash cart	Արտակարգ և անհետաձգելի բժշկական օգնության սայլակ Crash cart	Արտակարգ և անհետաձգելի բժշկական օգնության սայլակ Crash cart	Արտակարգ և անհետաձգելի բժշկական օգնության սայլակ Crash cart	Այն պետք է նախատեսված լինի հաստատություններում անհետաձգելի բուժօգնության կազմակերպման համար: Սայլակը պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ, ամուր և հուսալի նյութերից, որոնք կապահովեն դրա անվտանգ և երկարատև շահագործումը: Սայլակի բոլոր արտաքին և ներքին մակերեսները պետք է լինեն հարթ, հեշտ մաքրվող և դիմացկուն՝ բազմակի անգամ ախտահանիչ և մաքրող միջոցներով մշակմանը: Սայլակը պետք է լինի շարժական, համալրված առնվազն 4

					(չորս) անիվով, որոնցից նվազագույնը 2-ը՝ արգելակային մեխանիզմով: Կոնստրուկցիան պետք է ապահովի սայլակի կայունությունը և հեշտ տեղաշարժը շահագործման ընթացքում: Սայլակը պետք է ունենա առնվազն 5 (հինգ) դարակ՝ բժշկական պարագաների և դեղերի անվտանգ և դասավորված պահեստավորման համար: Դարակները պետք է լինեն ամուր, հեշտ բացվող և փակվող: Սայլակը պետք է ունենա կնքման (seal) հնարավորություն՝ պարունակության ամբողջականության վերահսկման նպատակով: Սայլակի ընդհանուր չափերը պետք է ընտրվեն այնպես, որպեսզի ապահովեն դրա հարմար և անվտանգ շահագործումը բժշկական հաստատության պայմաններում: Սայլակի բարձրությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 90 սմ և ոչ ավելի, քան 110 սմ: Լայնությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 50 սմ և ոչ ավելի, քան 70 սմ: Խորությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 45 սմ և ոչ ավելի, քան 60 սմ: Թույլատրվում են համարժեք
--	--	--	--	--	---

					չափեր՝ չխախտելով սայլակի ֆունկցիոնալ նշանակությունը: Սայլակի կոնստրուկցիան պետք է ապահովի առնվազն 100 կգ ընդհանուր բեռնվածության դիմակայունություն՝ ներառյալ դարակներում տեղադրված բժշկական պարագաները և սարքավորումները: Յուրաքանչյուր դարակ պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաս, քան 10-15 կգ բեռնվածության համար: Սայլակի անիվները պետք է ապահովեն սահուն տեղաշարժ՝ ամբողջական բեռնվածության պայմաններում: Սայլակը պետք է ապահովի բժշկական սարքավորումների (ներառյալ՝ դեֆիբրիլատոր կամ մոնիթոր) տեղադրման կամ ամրացման հնարավորություն: Կոնստրուկցիան պետք է լինի դիմացկուն՝ ինտենսիվ շահագործման պայմաններում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Նախընտրելի գույնը՝ բաց մոխրագույն կամ այլ բաց գույն: Վերջնական գույնը, արտաքին տեսքը, ձևը և որակը պետք է
--	--	--	--	--	---

					համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ: Սայլակը պետք է ապահովված լինի առանձին տարաներով կամ պահոցներով՝ օգտագործված թափոնների, անհրաժեշտ փաստաթղթերի անվտանգ պահման համար: Պահոցները պետք է լինեն ամուր, հեշտ մաքրվող և ախտահանման դիմացկուն, որպեսզի համապատասխանեն հիվանդանոցի հիգիենիկ և անվտանգության պահանջներին: Սայլակի հետևի հատվածում պետք է լինի կոշտ, հարթ մակերես, նախատեսված սիրտ թոքայն Սայլակի հետևի հատվածում պետք է լինի կոշտ, հարթ մակերես, նախատեսված սիրտ թոքային վերակենդանացման (CPR) իրականացման համար: Սայլակը պետք է համալրված լինի բժշկական թթվածնի մատակարարման համակարգով, որը պետք է ներառի ստանդարտ բժշկական թթվածնի բալոնի (առնվազն 5-10 լ) ամրացման հատուկ հենակ կամ փակ ամրացման համակարգ՝ ապահով և կայուն ֆիքսմամբ, թթվածնի ճնշման կարգավորիչ
--	--	--	--	--	---

					(ռեդուկտոր) մանոմետրով՝ մուտքային և ելքային ճնշման ցուցիչներով, թթվածնի հոսքի կարգավորիչ հոսքի աստիճանական կարգավորման հնարավորությամբ, խոնավացուցիչ տարա ինչպես նաև թթվածնի ելքային միացման պորտ՝ դիմակների կամ այլ շնչառական ապրանքների միացման համար:
--	--	--	--	--	---

ԱՆԻՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕСДЧ-ЕԱՀԱՊԶԲ-2026/50 ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					