ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՍԾԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/31 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	CZMEDITECH	CZMEDITECH	BUG-4512	Changzhou Meditech Technology Co., Ltd.	"Ոսկրային ցեմենտ – Ռադիոպակ ($BaSO_4$), պոլիմեթիլմեթակրիլային բազայով, գենտամիցինով հարստացված և առանց այդ հարստացման, բարձր մածուցիկության նախատեսված ձեռքով խառնման և կիրառման համար (հատուկ ներարկող ատրճանակի միջոցով ներարկվող)՝ օրթոպեդիկ և տրավմատոլոգիական վիրահատություններում իմպլանտների ֆիքսացիայի նպատակով: Կազմված է, առանց հակաբակտերիալ հարստացման տարբերակում՝ 40 գ փոշի, որի

						ժամանակային պարամետրերն (20–23°C պայմաններում) են – խառնման փուլ՝ 45 վրկ, տեղափոխում ներարկման ատրճանակի մեջ և սպասման փուլ՝ 2 րոպե 30 վրկ, ներարկման ժամանակ՝ 6 րոպե 40 վրկ / աշխատանքային փուլ, պնդացման փուլ՝ 2 րոպե և 14.4 գ հեղուկ և հակաբակտերիալ հարստացման տարբերակում ՝ 41.6 գ փոշի և 14.4 գ հեղուկ, որի ժամանակային պարամետրերն (20–23°C պայմաններում) են – խառնման փուլ՝ 45 վրկ, տեղափոխում ներարկման ատրճանակի մեջ և սպասման փուլ՝ 2 րոպե 30 վրկ, ներարկման ժամանակ՝ 5 րոպե 40 վրկ / աշխատանքային փուլ, պնդացման փուլ՝ 2 րոպե: Ցեմենտի հետ տրվում են խառնելու և ներարկելու համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները (միքսեր, ներարկող ատրճամակ) ցեմենտի հետ նույն արտադրության: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն

					նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐՍԾԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	CZMEDITECH	CZMEDITECH	BUG-4512	Changzhou Meditech Technology Co., Ltd.	"Ոսկրային ցեմենտ – Ռադիոպակ ($BaSO_4$), պոլիմեթիլմեթակրիլային բազայով, գենտամիցինով հարստացված և առանց այդ հարստացման, բարձր մածուցիկության նախատեսված ձեռքով խառնման և կիրառման համար (հատուկ ներարկող ատրճանակի միջոցով ներարկվող)՝ օրթոպեդիկ և տրավմատոլոգիական վիրահատություններում իմպլանտների ֆիքսացիայի նպատակով: Կազմված է, առանց հակաբակտերիալ հարստացման տարբերակում՝ 40 գ փոշի, որի

						ժամանակային պարամետրերն (20–23°C պայմաններում) են – խառնման փուլ՝ 45 վրկ, տեղափոխում ներարկման ատրճանակի մեջ և սպասման փուլ՝ 2 րոպե 30 վրկ, ներարկման ժամանակ՝ 6 րոպե 40 վրկ / աշխատանքային փուլ, պնդացման փուլ՝ 2 րոպե և 14.4 գ հեղուկ և հակաբակտերիալ հարստացման տարբերակում ՝ 41.6 գ փոշի և 14.4 գ հեղուկ, որի ժամանակային պարամետրերն (20–23°C պայմաններում) են – խառնման փուլ՝ 45 վրկ, տեղափոխում ներարկման ատրճանակի մեջ և սպասման փուլ՝ 2 րոպե 30 վրկ, ներարկման ժամանակ՝ 5 րոպե 40 վրկ / աշխատանքային փուլ, պնդացման փուլ՝ 2 րոպե: Ցեմենտի հետ տրվում են խառնելու և ներարկելու համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները (միքսեր, ներարկող ատրճամակ) ցեմենտի հետ նույն արտադրության: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն

					նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։"