ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՐԻ ՏՈՆՈՅԱՆ ԱՐԱՅԻԿԻ Ա/Ձ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/7-3-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
153	Թթվածնի ճնշումը կարգավորող ռեդուկտոր, որը պետք է ունենա 5.4 խմ/ժ թողունակություն, միացումը՝ W21.8-1/14, ելքը՝ Camozzimod 5051 1/4, նախատեսված փոքր չափերի շարժական բալոնների համար, KR-1 թթվածնի ճնշման ռեդուկտորը նախատեսված է թթվածնի ճնշումը բժշկական սարքավորումների (օրինակ՝ արհեստական շնչառության սարքերի) մատակարարման ճնշմանը նվազեցնելու համար, այն միանում է մինչև 19.6 ՄՊա (200 կգ/սմ2) ճնշում ունեցող ցանկացած տարողության թթվածնի բալոնի փականին՝ առանց հատուկ գործիքների

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП ЮРИ ТОНОЯН АРАИКОВИЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/7-3-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
153	