

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Zhengzhou Dison Instrument and Meter Co., Ltd	DISONMED	BN100 Standart	Zhengzhou Dison Instrument and Meter Co., Ltd	Շարժական վերակենդանացման սեղան Նորածինների համար+C4:C37 Նորածինների վերակենդանացում և ծննդաբերության ժամանակ Նորածինների անցումային աջակցություն. Բացի այդ, օգտագործվում է ծննդատան Նորածինների և ծանր հիվանդ Նորածինների համար ջերմային աջակցություն տրամադրելու համար, ովքեր մշտական բուժքույրական միջամտություն են պահանջում: Հիմքը հագեցված է չորս հակաստատիկ պտտվող

					անիվներով և երկու արգելակվող անիվներով Հիմքը հագեցած է կողային բռնակով/ռելսով՝ հեշտ դիրքավորման համար Ինտեգրված հիմք և բռնակներ 2 x 10 լ թթվածնի բալոնների համար Կողային սեղանիկ և IV ծող՝ պարագաների և սարքավորումների տեղադրման համար: Հագեցած է մեկ ստորին դարակով Յուրաքանչյուր կողմից պետք է ունենա պաշտպանիչ բամպերներ Ունի բարձրության կարգաբերում Ունի ավտոմատ տաքացում Ունի մաշկի ջերմաստիճանի միկրոպրոցեսորային կառավարման մոդուլ: Նախնական տաքացում՝ 33°C, շեղումը 10% Ունի ձեռքով ջերմաստիճանի վերահսկման ռեժիմ Մակերեւութային հսկողության ջերմաստիճանը միջակայքը՝ 30°C - 37°C միջակայքում, 0,1°C քայլերով. Մաշկի վերահսկման ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 32°C - 37°C միջակայքում, 0,1°C աստիճանով Մաշկի և վերահսկման ջերմաստիճանի ցուցադրման, աշխատանքային ռեժիմի և ջեռուցիչի հզորության ցուցիչների
--	--	--	--	--	--

					առկայություն Մահճակալի թեքման մեխանիզմ՝ 0-10° միջակայքում Ունի հինգ առևդիո-վիզուալ ահագանգ Ունի ծալովի վահանակներ Ունի ռենտգենյան խցիկ՝ ինտեգրված մանկական մահճակալի տակ Ունի միջամտությունների լամպ Ունի մեծ ներքնակ Ունի 5 դյույմանոց LCD էկրան՝ APGAR ժամանակաչափով Ունի թթվածնի կենտրոնական մատակարարման համակարգ Ունի թթվածնի հսկողություն Ունի բարձր հոսքի քթի սարք Թթվածին/օդ խառնիչի առկայություն Թթվածնային հոսքաչափի առկայություն. հոսքի միջակայքը 0 - 25 լ/րոպե Փոքր ծավալի կոնտուրային խողովակի առկայություն Քթի կաննուլաների առկայություն (գումարած լրացուցիչ 10 պահեստային հավաքածու) վաղաժամ և ժամանակին ծնված երեխաների համար Էլեկտրոնային խոնավացուցիչի առկայություն ջրի տարայով և ջերմաստիճանի կարգավորմամբ Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ
--	--	--	--	--	---

					Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/41
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10					