

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գեո-Նալ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Paxman cooling system	Paxman Coolers Ltd	<p>Գլխամաշկի սառեցման համակարգ, որը նախատեսված է բժշկական կիրառության համար և պետք է ապահովի կայուն, վերահսկվող ջերմաստիճան և սառեցնող հեղուկի անընդհատ շրջանառություն:</p> <p>Սառեցնող հեղուկի շրջանառությունը գլխարկի ներսում պետք է ապահովի բուժառուի գլխամաշկից ջերմության արդյունավետ հեռացում: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա սպասարկել միաժամանակ երկու բուժառուի տարբեր ծրագրերով: Սառեցման միավորի քաշը՝ ոչ ավել քան 45 կգ: Սառեցնող գլխարկների քաշը՝ ոչ ավել քան 900 գ (ներառյալ սառեցնող հեղուկը և ծածկը): Էլեկտրասնուցում. Սնուցման լարում՝ 220-240 Վ, հաճախականություն՝ 50/60 Հց, Ֆազա՝ միաֆազ, սպառվող հզորություն՝ ոչ ավել քան 850 VA, սարքը պետք է ունենա հողանցում և պաշտպանված լինի ապահովիչներով: Աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 10-30 °C տիրություն: Մթնոլորտային ճնշման տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 70-100 կՊա: Ջերմաստիճանի կառավարում. Էլեկտրոնային ջերմաստիճանային կարգավորիչ՝ սենսորային Էկրանով, սառեցնող հեղուկի</p>

հոսքի արագության և ջերմաստիճանի մշտական մոնիթորինգ:
Ահագանգման և վերահսկման համակարգ (առնվազն). տեսողական և ձայնային ահագանգեր՝ բարձր և ցածր ջերմաստիճանի դեպքում, ահագանգ սառեցնող հեղուկի հոսքի կորստի դեպքում: Սառեցնող հեղուկի պարամետրեր. մուտքային ճնշում (գլխարկում)՝ ոչ ավել, քան 17 psi, սառեցնող հեղուկի հոսքի արագությունը՝ ոչ պակաս, քան 10-50 մ/վ տիրույթում: Սառեցման համակարգ. հերմետիկ փակ սառեցման միավոր, սառեցնող գազ՝ R134A կամ համարժեք, CFC-ազատ: Սառեցնող հեղուկը՝ ոչ վտանգավոր երկրորդային սառեցնող հեղուկ: Համապատասխանություն և սերտիֆիկացում. 1. ISO13485, 2. CE հավաստագիր, համաձայն Medical Devices Directive 93/42/EEC կամ EU MDR, 3. MDSAP կամ համարժեք որակի կառավարման սերտիֆիկացում, 4. Սարքի դաս՝ ոչ պակաս քան Class IIa:
Էլեկտրական դասակարգում՝ Class I, Type BF կամ ավելի բարձր անվտանգության մակարդակ: Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, պետք է տրամադրվի առնվազն երկու տարվա երաշխիք, ետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից: Սարքի հետ պետք է տրամադրվեն առնվազն 4 տարբեր չափսերի գլխարկներ, գլխարկը պետք է ունենա ներկառուցված կամ գծային ջերմաստիճանային սենսորներ՝ գլխամաշկի ողջ մակերեսով հավասար և կայուն ջերմաստիճան պահպանելու նպատակով: Գլխարկը պետք է ունենա ջերմամեկուսիչ ծածկ՝ նեոպրեն կամ համարժեք նյութից, որը պաշտպանում է արտաքին բարձր ջերմաստիճանից, կլանում է խտացումից առաջացած խոնավությունը: Գլխարկի ամրացման և կարգավորման համակարգը պետք է ապահովի սերտ և հարմարավետ հարմարեցում պացիենտի գլխամաշկին Էլաստիկ ձգապարանի միջոցով: Գլխարկը պետք է միացվի գլխամաշկի սառեցման համակարգին արագ միացվող/անջատվող, արտահոսքը կանխող պլաստիկ միակցիչներով: Գլխարկները պետք է լինեն լիովին համատեղելի առաջարկվող սառեցման համակարգի հետ: Սարքը պետք է լիցքավորված լինի սառեցվող հեղուկով, լրակազմը պետք է ներառի

			<p>հավելյալ 1 և սառեցնող հեղուկ: Սարքի հետ պետք է տրամադրվեն բոլոր անհրեժեշտ պարագաները՝ լիարժեք աշխատանքը ապահովելու համար: Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և ուսուցումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Гео-Нал ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПДР-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1			