ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/93 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
110	Biobase	Biobase	• Սեղանադիր pH չափիչ: Հագեցած է LC էկրանով: Թույլ է տալիս չափել pH-ը -1.00-ից մինչև +15.00 pH միջակայքում՝ առնվազն 0.01 pH ճշտությամբ: Թույլ է տալիս չափել միլիվոլտերը -1000-ից մինչև 1000 mV միջակայքում՝ ±1 mV ճշտությամբ: Թույլ է տալիս չափել ջերմաստիճանը 0°C–80°C միջակայքում՝ առնվազն 0.1°C ճշտությամբ: Ունի ջերմաստիճանային փոխհատուցման ֆունկցիա 0°C–60°C միջակայքում: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/93 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
110			