

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/93 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
109	Nicolet Apex FTIR	Thermo Fisher	<p>Ինֆրակարմիր սպեկտրաչափական դետեկտոր 1 հատ • Սպեկտրաչափը լավ փակված է և չոր , հազեցած է CaF2 պատված KBr սմուշի խցիկով :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ներառում է օգտագործողի կողմից փոխարինվող հելիում նեոնային կազերային աղբյուր • Օպտիկական սպեկտրալ դիապազոնը առնվազն – 7800-350 սմ-1 - սպեկտրալ դիապազոնի ընդլայնման հնարավորություն մինչև 11000 - 375 սմ-1. - - Լուսաբաժանիչ (7800 - 375 սմ-1) • Աղմուկ/ազդակ հարաբերությունը ոչ քիչ քան 55000 • Սպեկտրալ բաժանման հնարավորությունը ոչ ավել 0,25 սմ-1 • Ալիքի երկարության ճշտությունը ոչ ավել քան 0.02 սմ-1, • Սկանավորման հավաքման արագությունը ոչ քիչ քան 0,025 սպ/վ • Սպեկտրաչափը օժանդակում է մինչև 2 Մոդուլներ և Խախտված ներքին արտացոլման կցորդ (ալմաստե պրիզմա), • Ներառում է Առնվազն 1 դետեկտոր հեռավոր և միջին տիրույթների համար • Մանրադիտակի միացման հնարավորություն • Օրգանական և անօրգանական նյութերի գրադարան ոչ քիչ քան 9000 բարձր լուծողականությամբ սպեկտրեր • ԻԿ ճրագրային ապահովում

		<p>տվյալների հավաքագրման և մաթեմատիկական վերլուծության համար • Խախտված ներքին արտացոլման ադամանդե կցորդ `1 հատ Կցորդի բնութագրերը : Մոնոլիթիկ ադամանդ, ծրագրային ակտիվացմամբ, սպեկտրալ միջակայքը ոչ նեղ քան 600-400 սմ-1 , բարձր ճնշման կայունությամբ, վալիդացիների առկայություն , տաքացումը ոչ քիչ քան 200 0C Թափանցելիության ռեժիմում չափման արտետուարների հավաքածու բաղկացած • KBr պատուհաններ 6 հատ • Դեղահատերի պատրաստման պրես 1 հատ • Յուղ 100գ • Հավանգ- հավանգակոթով 1 հատ • Շպատելներ 10 հատ Ծրագրային կառավարումը Համակարգը կառավարվում է մեկ ծրագրային փաթեթով Ծրագիրը համապատասխանում է 21 CFR Part 11 պահանջներին, օգտատերերի կառավարման համակարգ Ավտոմատացված տվյալների դուրս բերման հնարավորություն ԻԿ սպեկտրերի մշակման ծրագրի առկայություն Ոչ քիչ քան Core i5 կամ համարժեք համակարգչի առկայություն ներառված մոնիտոր 27 դույմ Սարքի կարգաբերումը, թողարկումը կկատարվի սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից համակարգի տեղադրում և կարգաբերում Սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից նյութագիտական , փորձաքննությունների իրականացում , անձնակազմի ուսուցում ոչ քիչ քան 5 օր Երաշխիք 1 տարի: Պետք նոր է, չօգտագործված և կմատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/93 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
109			