

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Ս" ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Ուրեթերոռենոսկոպի հավաքածու/	Ուրեթերոռենոսկոպի հավաքածու/	Ուրեթերոռենոսկոպի հավաքածու/	Ուրեթերոռենոսկոպի հավաքածու/	Ուրեթերոռենոսկոպի հավաքածուն բաղկացած է. Ուրեթերոռենոսկոպից- 1 հատ, որի լուսային համակարգը պետք է ըստ Մարբերգերի լինի պատրաստված լուսային մանրաթելերից, պետք է նաև նախատեսված լազերային քարափշրման համար, 12° դիտման անկյունով, 8/9.8ֆր տրամագծով: Աշխատանքային երկարությունը առնվազն 430մմ, կիսաճկուն: Աշխատանքային խողովակներ՝ ոչ պակաս քան 1 x 5 (2 x 3)ֆր, ատրավմատիկ դիստալ բուլբ ծայրամաս: Գործիքի ընդհանուր

երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 563մմ: Թեթև քաշային ոչ մետաղական բռնակ ուրեթերոռենոսկոպի համար- 1 հատ, որը նախատեսված է ուրեթերոռենոսկոպով առավել կառավելի գործողություններ կատարելու համար: Ընդհանուր երկարությունը՝ առնվազն 67մմ Գույնը՝ սև Ունիվերսալ հերմետիկ փական 1-6 Ֆր -1 փաթեթ, որը նախատեսված է 1-6 Ֆր տրամաչափ ունեցող գործիքների ներմուծման համար: Փաթեթավորում՝ 5 հատ, ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման Թաղանթ Ø 7.5 մմ- 1 հատ, Սիլիկոնե թաղանթ, դեղին, նախատեսված 1-5 մմ գործիքների համար, երկարություն՝ առնվազն 2 մմ, բազմակի օգտագործման Օպտիկամանրաթելային Լույսի մալուխ-1 հատ, որի երկարությունը պետք է լինի առնվազն 180 սմ, իսկ մանրաթելերի տրամագիծը՝ առնվազն 2.5 մմ Աքցան կիսաճկուն-1 հատ, Աշխատանքային մասի տրամագիծը՝ առնվազն 5 մմ: Աշխատանքային երկրարությունը կազմում է առնվազն 550 մմ: Պետք է

ունենա հատուկ հարմարավետ արագ մեխանիզմով գործիքային մասից մեկ քլիքով անջատվող թեթև քաշային չժանգոտվող պողպատից պատրաստված բռնակ, որի փակման մեխանիզմը լինի «զսպանակային տիպի», որի քաշը ոչ ավել, քան 150գ: Բրանշերը բազմաթիվ ուղղահայաց ատամիկներով: Աքցան կիսաճկուն-1 հատ, Աշխատանքային մասի տրամագիծը՝ առնվազն 5 մմ: Աշխատանքային երկրարությունը կազմում է առնվազն 550 մմ: Պետք է ունենա հատուկ հարմարավետ արագ մեխանիզմով գործիքային մասից մեկ քլիքով անջատվող թեթև քաշային չժանգոտվող պողպատից պատրաստված բռնակ, որի փակման մեխանիզմը լինի «զսպանակային տիպի», որի քաշը ոչ ավել, քան 150գ: Բրանշերը սրածայր եզրային ատամիկով՝ յուրաքանչյուր բրանշի վրա: Ցանցավոր զամբյուղ -1հատ: Չժանգոտվող պողպատից պատրաստված ցանցավոր զամբյուղ՝ նախատեսված ուրեթերոռենոսկոպի և

				<p>ռեգեկտոսկոպի գործիքների և օպտիկայի պահպանման ախտահանման և անվնաս տեղափոխման համար: Ուշադրություն. Պայմանագրի կատարման փուլում լրակազմում նշված ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից ավտորիզացիոն նամակի առկայություն, ինչպես նաև երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության վկայականի առկայությունը: Հավաքը պետք է լինի ` Richard Wolf, Storz, Olympus : CE, ISO13485 որակի վկայականներ, Գործիքակազմը պետք է լինի մեկ միասնական արտադրողից</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	Ուրերթերոռռենսկոպի հավաքածու/	Ուրերթերոռռենսկոպի հավաքածու/	Ուրերթերոռռենսկոպի հավաքածու/	Ուրերթերոռռենսկոպի հավաքածու/	Ուրերթերոռռենսկոպի հավաքածուն բաղկացած է. Ուրերթերոռռենսկոպից- 1 հատ, որի լուսային համակարգը պետք է ըստ Մարբերգերի լինի պատրաստված լուսային մանրաթելերից, պետք է նաև նախատեսված լազերային քարափշրման համար, 12° դիտման անկյունով, 8/9.8ֆր տրամագծով: Աշխատանքային երկարությունը առնվազն 430մմ, կիսաճկուն: Աշխատանքային խողովակներ՝ ոչ պակաս քան 1 x 5 (2 x 3)ֆր, ատրավմատիկ դիստալ բուլթ ծայրամաս: Գործիքի ընդհանուր

երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 563մմ: Թեթև քաշային ոչ մետաղական բռնակ ուրեթերոռենոսկոպի համար- 1 հատ, որը նախատեսված է ուրեթերոռենոսկոպով առավել կառավելի գործողություններ կատարելու համար: Ընդհանուր երկարությունը՝ առնվազն 67մմ Գույնը՝ սև Ունիվերսալ հերմետիկ փական 1-6 Ֆր -1 փաթեթ, որը նախատեսված է 1-6 Ֆր տրամաչափ ունեցող գործիքների ներմուծման համար: Փաթեթավորում՝ 5 հատ, ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման Թաղանթ Ø 7.5 մմ- 1 հատ, Սիլիկոնե թաղանթ, դեղին, նախատեսված 1-5 մմ գործիքների համար, երկարություն՝ առնվազն 2 մմ, բազմակի օգտագործման Օպտիկամանրաթելային Լույսի մալուխ-1 հատ, որի երկարությունը պետք է լինի առնվազն 180 սմ, իսկ մանրաթելերի տրամագիծը՝ առնվազն 2.5 մմ Աքցան կիսաճկուն-1 հատ, Աշխատանքային մասի տրամագիծը՝ առնվազն 5 մմ: Աշխատանքային երկրարությունը կազմում է առնվազն 550 մմ: Պետք է

ունենա հատուկ հարմարավետ արագ մեխանիզմով գործիքային մասից մեկ քլիքով անջատվող թեթև քաշային չժանգոտվող պողպատից պատրաստված բռնակ, որի փակման մեխանիզմը լինի «զսպանակային տիպի», որի քաշը ոչ ավել, քան 150գ: Բրանշերը բազմաթիվ ուղղահայաց ատամիկներով: Աքցան կիսաճկուն-1 հատ, Աշխատանքային մասի տրամագիծը՝ առնվազն 5 մմ: Աշխատանքային երկրարությունը կազմում է առնվազն 550 մմ: Պետք է ունենա հատուկ հարմարավետ արագ մեխանիզմով գործիքային մասից մեկ քլիքով անջատվող թեթև քաշային չժանգոտվող պողպատից պատրաստված բռնակ, որի փակման մեխանիզմը լինի «զսպանակային տիպի», որի քաշը ոչ ավել, քան 150գ: Բրանշերը սրածայր եզրային ատամիկով՝ յուրաքանչյուր բրանշի վրա: Ցանցավոր զամբյուղ -1հատ: Չժանգոտվող պողպատից պատրաստված ցանցավոր զամբյուղ՝ նախատեսված ուրեթերոռենոսկոպի և

				<p>ռեգեկտոսկոպի գործիքների և օպտիկայի պահպանման ախտահանման և անվնաս տեղափոխման համար: Ուշադրություն. Պայմանագրի կատարման փուլում լրակազմում նշված ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից ավտորիզացիոն նամակի առկայություն, ինչպես նաև երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության վկայականի առկայությունը: Հավաքը պետք է լինի ` Richard Wolf, Storz, Olympus : CE, ISO13485 որակի վկայականներ, Գործիքակազմը պետք է լինի մեկ միասնական արտադրողից</p>
--	--	--	--	--