

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/93 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	-	-	Առնվազն երկու անալոգային մուտքով օսցիլոգրաֆ: Մեկ մուտքի թողարկման շերտի լայնությունը՝ առնվազն 100 ՄՀց: Նմուշառման հաճախությունը՝ առնվազն 500 միլիոն նմուշ վայրկյանում: Առավելագույն լարման շեմը ոչ պակաս քան 800 Վ: Ծրագրային ապահովումը պետք է կատարի մաթեմատիկական գործողություններ գրանցված ազդանշանների նկատմամբ՝ գումարում, բազմապատկում, ինտեգրում և այլն: Սարքը պետք է ներառի ազդանշանների գեներատոր, որի ելքում կարող են գեներացվել սինուսոիդալ, ուղղանկյուն, եռանկյուն, աստիճանաձև, հաստատուն և այլ ազդանշաններ: Սինուսոիդալ ազդանշանի հաճախությունը պետք է լինի կարգավորվող և փոփոխվող, առնվազն մինչև 10 ՄՀց: Ելքային ազդանշանի ուժգնությունը ոչ պակաս քան 3 Վ (գագաթից-գագաթ): Սարքը պետք է աշխատի որպես վոլտաչափ (միջին քառակուսային), ամպերաչափ: Հավաքածուն պետք է պարունակի առնվազն երկու 1x և 10x զոնդ մինչև առնվազն 800 Վ լարման համար և առնվազն մեկ զոնդ 100x մինչև ոչ պակաս քան 2000 Վ: Օսցիլոգրաֆը պետք է ունենա տվյալների

			պահպանման հնարավորություններին հիշողության վրա: Պետք է պարունակի ներկառուցված մարտկոց, որը կարող է ապահովել առնվազն 4 ժամ անխափան աշխատանք առանց վերալիցքավորման: Սարքը պետք է հնարավոր լինի վերալիցքավորել USB Type-C տեսակի լիցքավորիչով: Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված: Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦДЦНЗР-26/93 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
21			