

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Էնդոսկոպներ VedView U5D	Էնդոսկոպներ VedView U5D	VedView U5D	VEDKANG MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	Տեսագաստրոսկոպ և տեսակլոնոսկոպ Տեսանյութերի պրոցեսոր FHD վիդեո պրոցեսոր 1920x1080 տարլուծումով ՈւՆԻ բարձր հստակության տեսանյութ ՈւՆԻ ադմուլկի նվազեցում և պատկերի բարելավում ՈւՆԻ պայծառության ավտոմատ հավասարեցում ՈւՆԻ 2x պատկերի մեծացման հնարավորություն "Թվային վիդեո ելքեր. FHD resolution: 3G-SDI/DVI Analog: CVBS/S-video" USB արտաքին կրիչում ֆոտո և վիդեո պահպանման հնարավորություն,

առանց հավելյալ սարքավորումների միացման հնտեգրացիա ցանցում՝ DICOM ստանդարտով Ստեղնաշարի առկայությունն Էնդոսկոպիկ լույսի աղբյուրը՝ Ներկառուցված վիդեո պրոցեսսորի մեջ Ձեռքով և ավտոմատ պայծառության կառավարում Ներկառուցված պոմպ Օդի մղման ինտենսիվության կարգավորման մակարդակների առկայությունն Լույսի ինտենսիվության փոփոխման հնարավորությունն Լույսի պայծառության կարգավորումը հնարավոր է իրականացնել կառավարման վահանակից Պայծառության մակարդակի ցուցիչ Լուսավորության պայծառության կարճաժամկետ ուժեղացման հնարավորությունն Ջրի տարայի առկայությունն Գույների կարգավորում Հիմնական լույսի աղբյուրը LED տեսակի, 20,000 ժամ աշխատանքի հնարավորությամբ Կապույտ/կարմիր գույների կարգավորում Պատկերի Էլեկտրոնային խոշորացման հնարավորությունն Ստոպ-կադր ուժեղացման առկայությունն`

բուժերիզացիայի էֆեկտով  
Էնդոսկոպի բռնակի վրա  
ծրագրավորվող 5 կոճակների  
առկայություն Հիվանդի տվյալները  
մուտքագրելու և պահպանելու  
հնարավորություն Օգտագործողի  
տվյալները մուտքագրելու և  
պահպանելու հնարավորություն  
Օգտագործողների պրոֆիլների  
արտահանում ֆլեշ կրիչի վրա  
Մեկնաբանություններ ավելացնելու  
հնարավորություն Էնդոսկոպի  
նույնականացման գործառույթ  
Վիդեոպրոցեսսորին միացման  
մասում Էնդոսկոպի միացման լարը  
180 աստիճան պտտման  
հնարավորություն  
Վիդեոպրոցեսսորի կառավարման  
հնարավորություն ոտնակի,  
ստեղնաշարի և պրոցեսսորի  
Էկրանից Սպիտակի  
հավասարակշռում մեկ հպումով  
Տարբեր տեսակի վիդեո  
Էնդոսկոպների միացման  
հնարավորություն`  
վիդեոգաստրոսկոպներ, վիդեո  
կոլոնոսկոպներ,  
վիդեոդուոդենոսկոպներ և այլ  
տեսակի Էնդոսկոպներ

"Համատեղելիությունն արհեստական բանականության համակարգի հետ, որը նախատեսված է ավտոմատ կերպով բացահայտելու հետազոտության ընթացքում հնարավոր նորագոյացությունները կոլոնոսկոպիա՝ օգտագործելով հատուկ ալգորիթմ՝ հայտնաբերված նորագոյացությունների նույնականացմամբ" Թվային վիրտուալ քրոմոսկոպիայի տեխնոլոգիա Քրոմոսկոպիայի սահմանված արժեքների խմբագրման հնարավորություն Մակերեւույթի պատկերի կառուցվածքային տարրերի և ուրվագծերի ընդգծման/առանձնացման գործառույթ Կոնտրաստի ավելացման գործառույթ Լորձաթաղանթների և արյան անոթների միջև պատկերի գունային երանգը ուժեղացնելու գործառույթ Լուսանկարների և տեսանյութերի արտածում տեսապրոցեսորի հիշողությունից Լուսանկարների և տեսանյութերի մեծացման գործառույթ Սրբության Էլեկտրոնային ուժեղացման կարգավորվող

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << UC-500TI/L-2026/39 >> ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

ռեժիմների առկայություն  
 Գաստրոսկոպ UC-500T  
 Աշխատանքային երկարությունը՝  
 1030 մմ Շնդհանուր երկարությունը՝  
 1350 մմ Դիստալ վերջույթի  
 տրամագիծը՝ 9.6 մմ Ներդիրի  
 հատվածի առավելագույն արտաքին  
 տրամագիծը՝ 9,6 մմ Դաշտի  
 խորության տիրույթը՝ 2-100 մմ  
 Գործիքային անցքի տրամագիծը՝  
 3.2 մմ Դաշտի տեսարան՝ 140°  
 Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ  
 տեխնիկական հատկություններ  
 դիտում վերջույթի շեղում.  
 Վերև/ներք՝ 210°/ 120° Ձախ/աջ՝  
 100°/100° Էնդոսկոպի բռնակի վրա  
 ծրագրավորվող կոճակների  
 առկայություն Էնդոսկոպի  
 ճանաչման ֆունկցիայի  
 առկայություն Ջրամատակարարման  
 լրացուցիչ ուղի Վիդեոարոցեստորին  
 միացման մասը անջրաթափանց է  
 Դիստալ ծայրին ներկառուցված  
 բարձր որակի գունավոր մատրիցա  
 Էնդոսկոպի գործիքային ուղով  
 բիոպսիայի, մասնահատման,  
 դիսեկցիայի, լազերային  
 կոտերիզացիայի կատարման  
 հնարավորություն Կոլոնոսկոպ  
 UC-500TI/L Աշխատանքային

Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
6				

Երկարությունը՝ 1680 մմ Ընդհանուր  
Երկարությունը՝ 2005 մմ Դիստալ  
վերջույթի տրամագիծը՝ 12 մմ  
Ներդիրի հատվածի առավելագույն  
արտաքին տրամագիծը՝ 12 մմ  
Դաշտի խորության տիրույթը՝ 2-100  
մմ Գործիքային անցքի տրամագիծը՝  
3,8 մմ տիրույթում Դաշտի  
տեսարան՝ 170o Դիտման  
ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում  
Վերջույթի շեղում. Վերև/ներք՝  
180o/180o Ձախ/աջ՝ 160o/160o  
Էնդոսկոպի բռնակի վրա  
ծրագրավորվող կոճակների  
առկայություն Էնդոսկոպի  
ճանաչման ֆունկցիայի  
առկայություն Ջրամատակարարման  
լրացուցիչ ուղի Ներդրվող հատվածի  
կոշտությունը եռափուլ է  
Վիդեոպրոցեսորին միացման մասը  
անջրաթափանց է Դիստալ ծայրին  
ներկառուցված բարձր որակի  
գունավոր մատրիցա Էնդոսկոպի  
գործիքային ուղով բիոպսիայի,  
մասնահատման, դիսեկցիայի,  
լազերային կոտերիզացիայի  
կատարման հնարավորություն Այլ  
պարագաներ. Անիվներով  
շարժական սայլակ անհրաժեշտ

մասերով Հատուկ բժշկական  
մոնիտոր՝ 27" Հերմետիկության  
ստուգիչի առկայություն  
Ախտահանման նկատմամբ կայուն  
ստեղնաշար Էնդոսկոպիկ  
իրրիգացիոն պոմպ Ցուցման և  
կառավարման ստեղներ սարքի  
առջևի վահանակի վրա՝  
միացման/անջատման ստեղն,  
բռնակ՝ հեղուկի հոսքի  
արագությունը կարգավորելու  
համար Հեղուկի հոսքի սահմանված  
արագության ցուցադրում Հեղուկի  
հոսքի արագությունը՝ 0,2-0,4 լ/րոպե  
միջակայքում "Լրակազմը  
պարունակում է՝ Էնդոսկոպիկ  
իրրիգացիոն պոմպ - 1 հատ, ոտնակ  
- 1 հատ, հոսանքի լար - 1 հատ,  
միացնող խողովակ - 2 հատ,  
կափարիչով տարրա - 1 հատ,  
միացնող ադապտեր - 1 հատ,  
բռնակ տարրայի համար - 1 հատ,  
շահագործման ձեռնարկ - 1 հատ"  
Լրակազմ և պարագաներ.  
Մոնտաժային անհրաժեշտ նյութերի,  
մալուխների առկայություն  
համակարգի տեղադրման համար  
Օգտագործողի ձեռնարկները,  
տեխնիկական և սպասարկման

ձեռնարկները, թղթային և  
Էլեկտրոնային պատճենները,  
կտրամադրվեն անգլերեն լեզվով:  
Երաշխիքային սպասարկում. 24  
ամիս երաշխիք ամբողջ  
համակարգի համար Սարքավորման  
խափանման դեպքում  
վերանորոգում 10 օրվա ընթացքում:  
Էնդոսկոպների փոխարինման  
Ֆոնդի առկայություն մատակարարի  
սերվիս կենտրոնում Էնդոսկոպների  
վերանորոգման ընթացքում  
անխափան աշխատանք  
ապահովելու համար Երաշխիքի  
ընթացքում սերտիֆիկացված  
մասնագետի կողմից 6 ամիսը մեկ  
անգամ պրոֆիլակտիկ  
տեխնիկական սպասարկման  
իրականացում Երաշխիքային  
սպասարկման ընթացքում  
արտադրողի կողմից սահմանված  
ժամանակացույցին  
համապատասխան տեխնիկական  
սպասարկման իրականացում  
անհրաժեշտ պահեստամասերի  
պարտադիր փոխարինմամբ Այլ  
պայմաններ. Համակարգը  
ամբողջությամբ նոր է,  
չօգտագործված, գործարանային

փաթեթավորմամբ: Ապրանքը արտադրված է պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Սարքավորման տեղադրում, մեկնարկ և աշխատակիցների 4-օրյա ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: ՀՀ-ում Սերվիս կենտրոնի առկայություն Սերվիս կենտրոնը կահավորված է առաջարկվող Էնդոսկոպների լիարժեք վերանորոգման համար պահանջվող գույքով և սարքավորումներով Արտադրողի կողմից 2 սերտիֆիկացված ինժեներների առկայություն Մատակարար ընկերությունը սարքավորման երաշխիքային սպասարկման ժամկետի ընթացքում կունենա առաջարկված Էնդոսկոպների սպասարկում իրականացնող 2 հավաստագրված ինժեներ: Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. Բժշկական սարքավորումների համար MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին. Մրցույթի արդյունքում առաջին տեղ

				<p>զբաղեցրած ընկերությունը կներկայացնի սարքի տեխնիկական անձնագիրը, որը հաստատում է տեխնիկական բնութագրերը:</p> <p>Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը մշտապես տեղեկատվություն կտրամադրի մատակարարման ընթացքի վերաբերյալ Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը սարքերի ՀՀ ներմուծման օրը կտեղեկացնի պատվիրատուին</p> <p>Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը սարքերի արկղերը կ բացի բացառապես պատվիրատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ</p>
--	--	--	--	--