

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	վիրաբուժական սեղաններ ET200(With Optional Sliding Fun ction+Double-layer X-ray board, with cassette usage+with orthopedic attachment□	վիրաբուժական սեղաններ ET200(With Optional Sliding Fun ction+Double-layer X-ray board, with cassette usage+with orthopedic attachment□	ET200(With Optional Sliding Fun ction+Double-layer X-ray board, with cassette usage+with orthopedic attachment□	Shanghai Flower Medical Equipment CO.,LTD	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով Բոլոր հիմնական մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից 4 անիվների առկայություն Կենտրոնական արգելակի (ոտնակի տեսքով) առկայություն Ռենտգենյան ճառագայթների թափանցելիություն ամբողջ սեղանի երկարությամբ Սեղանի մակերեսի երկարությունը` 2150 մմ Սեղանի մակերեսի լայնությունը` 530 մմ Սեղանի նվազագույն բարձրությունը` 780 մմ Սեղանի առավելագույն

					բարձրությունը՝ 1040 մմ Հորիզոնական և երկայնական շարժում՝ 330 մմ Շարժումը(Backboard upwards/downwards)՝ $+75^{\circ}/-15^{\circ}$ Տրենդելենբուրգ՝ $+25^{\circ}/-25^{\circ}$ Սեդանի թեքում (ձախ / աջ)՝ $+20^{\circ}/-20^{\circ}$ Գլխային հատվածի թեքում (Tilit) ՝ $+30^{\circ}/90^{\circ}$ Ոտքերի հատվածի շարժումը (ներքև)՝ 90° Ոտքերի հատվածի թեքումը՝ 90° Երիկամային կամրջակի շարժը դեպի վերև 120 մմ Բեռնակրությունը՝ 250 կգ Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրթոպեդիկ կցորդ ՝ բոլոր տեսակի օրթոպեդիկ գործողությունների հետ աշխատելու համար + ունիվերսալ գործողություններ) և այլն: Երաշխիքը ՝ 24 ամիս Որակի
--	--	--	--	--	--

					վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 00000000-2026/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21					