

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	վիրաբուժական սեղաններ ET200(With Optional Sliding Function□	վիրաբուժական սեղաններ ET200(With Optional Sliding Function□	ET200(With Optional Sliding Function□	Shanghai Flower Medical Equipment CO.,LTD	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) Բոլոր հիմնական մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից 4 անիվների առկայություն Կենտրոնական արգելակի (ոտնակի տեսքով) առկայություն Սեղանի մակերեսի երկարությունը` 2150 մմ Սեղանի մակերեսի լայնությունը` 530 մմ Սեղանի նվազագույն բարձրությունը` 790 մմ Սեղանի առավելագույն բարձրությունը` 1140 մմ Հորիզոնական և երկայնական շարժումն` 330 մմ Շարժումը

				(Backboard upwards/downwards)՝ +70°/-10° Տրենդեյնսբուրգ / Rev տրենդ ՝ +25°/-25° Սեղանի թեքում (ծախ / աջ)՝ 15 աստիճան Գլխային հատվածի թեքում (Tilit) ՝ 30°/90° Ոտքերի հատվածի շարժումը (ներքև)՝ +90°/-90° Ոտքերի հատվածի թեքումը՝ +90°/-90° Երկամային կամրջակի շարժը դեպի վերև ՝ 120 մմ Բեռնակրությունը՝ 250 կգ Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են ընդհանուր վիրաբուժության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 01 00000000-2026/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
22					