

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԴՁԲ-2026/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Ningbo Yongxin Optics(CHINA)	Ningbo Yongxin Optics(CHINA)	XSZ-107BN	Ningbo Yongxin Optics Co., Ltd.(CHINA)	Բիսոկուլյար մանրադիտակ Չորստեղանի պտտվող գլխիկ Օպտիկական համակարգ. Աքրոմատիկ օպտիկական համակարգ Բիսոկուլյար գլխիկը՝ 30° թեքված Միջբիբային հեռավորությունը՝ 55-ից 75 մմ-ի սահմաններում, շեղումը 10% Օբյեկտիվներ՝ ախրոմատիկ օբյեկտիվներ 4×; 10×, 40×; 100× Օկուլյար՝ լայնանկյունային օկուլյար 10X/18 Կիզակետում. կոպիտ և նուրբ ճշգրտում, շարժվող միջակայք 24 մմ Կոնդենսատոր՝ NA = 1,25 Իրիս դիաֆրագմով և ֆիլտրով

					Էտապ՝ երկշերտանի մեխանիկական սեղանիկ, X / Y՝ 139մմ×139մմ, շարժվող միջակայքը 75x 50 մմ Լուսավորություն՝ 6V / 20W Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Ներառված է փոշու ծածկը, կապույտ և կանաչ ֆիլտրը, իմերսիոն յուղը և հրահանգների ծեռնարկը: Ներառված են 6V 20W հալոգեն լամպ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ծեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	Ningbo Yongxin Optics(CHINA)	Ningbo Yongxin Optics(CHINA)	XSZ-107BN	Ningbo Yongxin Optics Co., Ltd.(CHINA)	Բիսոկուլյար մանրադիտակ Չորստեղանի պտտվող գլխիկ Օպտիկական համակարգ. Աքրոմատիկ օպտիկական համակարգ Բիսոկուլյար գլխիկը՝ 30° թեքված Միջբիբային հեռավորությունը՝ 55-ից 75 մմ-ի սահմաններում, շեղումը 10% Օբյեկտիվներ՝ ախրոմատիկ օբյեկտիվներ 4x; 10x, 40x; 100x Օկուլյար՝ լայնանկյունային օկուլյար 10X/18 Կիզակետում. կոպիտ և նուրբ ճշգրտում, շարժվող միջակայք 24 մմ Կոնդենսատոր՝ NA = 1,25 Իրիս դիաֆրագմով և ֆիլտրով

					Էտապ՝ երկշերտանի մեխանիկական սեղանիկ, X / Y՝ 139մմ×139մմ, շարժվող միջակայքը 75x 50 մմ Լուսավորություն՝ 6V / 20W Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Ներառված է փոշու ծածկը, կապույտ և կանաչ ֆիլտրը, իմերսիոն յուղը և հրահանգների ձեռնարկը: Ներառված են 6V 20W հալոգեն լամպ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	--