

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՍ ՊԼՈՒՄ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	EDAN i15	EDAN i15	EDAN i15	EDAN instruments inc.	Արյան գազերի և Էլեկտրոլիտների վերլուծիչ:Բոլոր սենսորները տարբեր բլոկներում Արյան գազ / Էլեկտրոլիտ/մետաբոլիտ pH, PCO2, PO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, Glu, Lac Ընդունելի Նմուշներ՝ ամբողջական արյուն (հեպարինացված), զարկերակային, խառը երակային, մազանոթային Նմուշի ծավալը՝ արյան գազ / Էլեկտրոլիտ/մետաբոլիտ 120 մկլ Հաշվարկվող պարամետրերը՝ SO2%, HCO3-, TCO2, Be-efc, Be-b, O2Ct, O2Cap, A, AaDO2, a/A, RI, PO2/FIO2, Anion Gap, Hb, nCa Ճշգրտված

				ջերմաստիճանը՝ pH, PCO₂, PO₂ Թողունակությունը ժամում 50 նմուշ Տրամաչափման քարթրիջի կամ էլեկտրոդների ծառայության ժամկետը 28 օր Ռեակտիվների պահպանման ժամկետը սենյակային ջերմաստիճանում 18-ից 30°C 12 ամիս էլեկտրոդը՝ 100 թեստ Սերիական ինտերֆեյսի պորտերի առկայություն՝ համակարգչին և տպիչին միանալու համար, USB էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Մեկնարկի համար 300 թեստի համար ռեագենտների առկայություն Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 : 2, IVDR 2017/746 սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ЕУ ᲡᲚᲢᲠᲢ» ᲡᲡᲚ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ᲘᲘ ᲘᲚ ᲢᲘᲘᲘᲡᲚᲠ-2026/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14					