

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԴՁԲ-2026/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր	սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր	սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր	սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր	Հոլտեր համակարգ իր ծրագրով Ալիքներ՝ ոչ պակաս քան 12 Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 10 բիթ Ձայնագրման ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 48 ժամ Ձայնագրում. Ամբողջական բացահայտում Գրանցում է տվյալները կոմպակտ ֆլեշ քարտի վրա՝ առանց սեղմման Սեղմում՝ չկա Նմուշառման արագությունը. ոչ պակաս քան 128 վայրկյանում Հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 0,05 Հց-ից մինչև 60 Հց միջակայքում +-3db դԲ Ազդանշանի ստուգում. Խոշոր LCD՝ արտածումների քարտեզով

					Կարդիոստիմուլյատորի հայտնաբերում. Ծրագրավորվող միացում / անջատում՝ կարգավորվող շեմով Մարտկոց. առկա Փաթեթը ներառում է. (Ոչ պակաս քան) Հոլտերի մոնիտոր (մոնիտորինգ 24 ժամ) - 4 հատ EՍԳ ծայնագրման համար նախատեսված ծրագիր և USB բանալի՝ 4 հատ EՍԳ մալուխ ոչ պակաս քան 5 լարանի -4 հատ Պաշտպանիչ պատյան - 4 հատ EՍԳ էլեկտրոդներ՝ ոչ պակաս քան 60 հատ Համակարգիչ կամ նոութ բուկ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ
--	--	--	--	--	--

					համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱԶԱՊԶԲ-2026/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր	սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր	սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր	սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր	Հոլտեր համակարգ իր ծրագրով Ալիքներ՝ ոչ պակաս քան 12 Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 10 բիթ Ձայնագրման ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 48 ժամ Ձայնագրում. Ամբողջական բացահայտում Գրանցում է տվյալները կոմպակտ ֆլեշ քարտի վրա՝ առանց սեղմման Սեղմում՝ չկա Նմուշառման արագությունը. ոչ պակաս քան 128 վայրկյանում Հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 0,05 Հց-ից մինչև 60 Հց միջակայքում +-3db դԲ Ազդանշանի ստուգում. Խոշոր LCD՝ արտածումների քարտեզով

					Կարդիոստիմուլյատորի հայտնաբերում. Ծրագրավորվող միացում / անջատում՝ կարգավորվող շեմով Մարտկոց. առկա Փաթեթը ներառում է. (Ոչ պակաս քան) Հոլտերի մոնիտոր (մոնիտորինգ 24 ժամ) - 4 հատ EՍԳ ծայնագրման համար նախատեսված ծրագիր և USB բանալի՝ 4 հատ EՍԳ մալուխ ոչ պակաս քան 5 լարանի -4 հատ Պաշտպանիչ պատյան - 4 հատ EՍԳ էլեկտրոդներ՝ ոչ պակաս քան 60 հատ Համակարգիչ կամ նոութ բուկ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ
--	--	--	--	--	--

					համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:
--	--	--	--	--	--