

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԴՁԲ-2026/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	ARI MEDICAL	ARI MEDICAL	FA-6500	ARI Medical Technology Co., Ltd.(CHINA)	Բժշկական օպտոմետրիայի ավտոմատ կերատոռեֆրակտոմետր Ներկառուցված ձուլվածքով թեթև կանգնակ Գունավոր 7 դյույմ թվային Էկրանի առկայություն Ավտոմատ և ձեռքով ֆոկուսիրովման ֆունկցիայի առկայությամբ PD ավտոմատ չափման գործառույթ, ինքնաբերաբար PD արժեք Մեկ ստեղծող արգելափակման գործառույթի առկայություն Դիզայնը պետք է համապատասխանի մարդու մարմնի ինժեներիայի կառուցվածքին՝ հաճախորդներին լավ զգացողություն և

					հարմարավետություն ապահովելու համար Տվյալների փոխանցման հնարավորության առկայություն Չափման ռեժիմներ. K/R ռեժիմ (բեկման և կերատոմետրի չափում) REF ռեժիմ (բեկման չափում) Ռեֆրակտոմետր. Բեկման չափում Գազաթների հեռավորությունը 0.0, 12.0, 13.75 մմ Տիրույթը -20.00 ~ + 20.00D (0.12 / 0.25d քայլ) միջակայքում Ցիլինդրը -8~+8D (0.12 / 0.25d քայլ) միջակայքում Առանցքը 1°-180° (1° աստիճան քայլ) միջակայքում Բիբերի միջև եղած հեռավորությունը 45-85 մմ միջակայքում Բիբի չափելի միևնույն տրամագիծը Ø2.0 մմ Կերատոմետրիա. Եղջերաթաղանթի կորության չափում. Կորության շառավիղը 5-10 մմ (0,01 մմ քայլ) տիրույթում Եղջերաթաղանթի բեկումը 34.00-67.00D (0.12 / 0.25D քայլ) միջակայքում Եղջերաթաղանթի աստիգմատիզմը 0.00~8.00D (0.12 / 0.25D քայլ) միջակայքում Առանցքը 1°-180° (1° աստիճան քայլ) միջակայքում Եղջերաթաղանթի տրամագիծը 2.0-14.0 մմ միջակայքում Այլ.
--	--	--	--	--	---

				Թիրախի ավտոմատ մշուշում Ջերմային պրինտերի առկայություն Բարձրությունը կարգավորվող կգակի հենակի առկայություն RS 232 ինտերֆեյս էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Հավաքածու և պարագաներ Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Տեղադրում և մեկնարկ Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	ARI MEDICAL	ARI MEDICAL	FA-6500	ARI Medical Technology Co., Ltd.(CHINA)	Բժշկական օպտոմետրիայի ավտոմատ կերատոռեֆրակտոմետր Ներկառուցված ձուլվածքով թեթև կանգնակ Գունավոր 7 դյույմ թվային էկրանի առկայություն Ավտոմատ և ձեռքով ֆոկուսիրովման ֆունկցիայի առկայությամբ PD ավտոմատ չափման գործառույթ, ինքնաբերաբար PD արժեք Մեկ ստեղծով արգելափակման գործառույթի առկայություն Դիզայնը պետք է համապատասխանի մարդու մարմնի ինժեներիայի կառուցվածքին՝ հաճախորդներին լավ զգացողություն և

					հարմարավետություն ապահովելու համար Տվյալների փոխանցման հնարավորության առկայություն Չափման ռեժիմներ. K/R ռեժիմ (բեկման և կերատոմետրի չափում) REF ռեժիմ (բեկման չափում) Ռեֆրակտոմետր. Բեկման չափում Գազաթների հեռավորությունը 0.0, 12.0, 13.75 մմ Տիրույթը -20.00 ~ + 20.00D (0.12 / 0.25d քայլ) միջակայքում Ցիլինդրը -8~+8D (0.12 / 0.25d քայլ) միջակայքում Առանցքը 1°-180° (1° աստիճան քայլ) միջակայքում Բիբերի միջև եղած հեռավորությունը 45-85 մմ միջակայքում Բիբի չափելի միևնույն տրամագիծը Ø2.0 մմ Կերատոմետրիա. Եղջերաթաղանթի կորության չափում. Կորության շառավիղը 5-10 մմ (0,01 մմ քայլ) տիրույթում Եղջերաթաղանթի բեկումը 34.00-67.00D (0.12 / 0.25D քայլ) միջակայքում Եղջերաթաղանթի աստիգմատիզմը 0.00~8.00D (0.12 / 0.25D քայլ) միջակայքում Առանցքը 1°-180° (1° աստիճան քայլ) միջակայքում Եղջերաթաղանթի տրամագիծը 2.0-14.0 մմ միջակայքում Այլ.
--	--	--	--	--	---

				Թիրախի ավտոմատ մշուշում Ձերմային պրինտերի առկայություն Բարձրությունը կարգավորվող կգակի հենակի առկայություն RS 232 ինտերֆեյս էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Հավաքածու և պարագաներ Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Տեղադրում և մեկնարկ Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485
--	--	--	--	---