

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԴՁԲ-2026/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Baojia Medical	Baojia Medical	YX930D	Shanghai Baojia Medical Apparatus Co., Ltd.(CHINA)	Վիրաբուժական արտածծիչ Արտածծիչը օգտագործվում է հիմնական վիրաբուժական և այլ միջամտություններում Շարժական 4 հակաստատիկ անիվներով երկու աստիճանավորված յուրաքանչյուրը 2500 մլ տարողությամբ պոլիկարբոնատից կամ համարժեք նյութից պատրաստված բազմակի օգտագործման տարաների առկայություն Տարաները օդաանթափանց պտուտակավոր կափարիչով Անյուղ, սպասարկում չպահանջող շարժիչի առկայություն, առավելագույն արտածծումը 680 մմ

				ս.ս. սահմաններում, հոսքը՝ 45 լ / րոպե Սարքը հագեցած է շարժիչի պաշտպանիչ կափարիչով, որն ամբողջովին կանխում է ներծծվող հեղուկների կամ արտանետումների պոմպի մեջ մտնելը Վակուումետրի առկայություն և ներծծման ուժի սահուն կարգավորում Աղմուկի մակարդակը՝ 55 dBA Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (Օրինակ՝ սիլիկոնե խողովակները, 4 հակաբակտերիալ ֆիլտրեր, 4 հատ կանյուլա իր բռնակներով և այլն) Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Baojia Medical	Baojia Medical	YX930D	Shanghai Baojia Medical Apparatus Co., Ltd.(CHINA)	Վիրաբուժական արտածծիչ Արտածծիչը օգտագործվում է հիմնական վիրաբուժական և այլ միջամտություններում Շարժական 4 հակաստատիկ անիվներով երկու աստիճանավորված յուրաքանչյուրը 2500 մլ տարողությամբ պոլիկարբոնատից կամ համարժեք նյութից պատրաստված բազմակի օգտագործման տարաների առկայություն Տարաները օդաանթափանց պտուտակավոր կափարիչով Անյուղ, սպասարկում չպահանջող շարժիչի առկայություն, առավելագույն արտածծումը 680 մմ

				ս.ս. սահմաններում, հոսքը՝ 45 լ / րոպե Սարքը հագեցած է շարժիչի պաշտպանիչ կափարիչով, որն ամբողջովին կանխում է ներծծվող հեղուկների կամ արտանետումների պոմպի մեջ մտնելը Վակուումետրի առկայություն և ներծծման ուժի սահուն կարգավորում Աղմուկի մակարդակը՝ 55 dBA Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (Օրինակ՝ սիլիկոնե խողովակները, 4 հակաբակտերիալ ֆիլտրեր, 4 հատ կանյուլա իր բռնակներով և այլն) Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--