ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/42 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	ESHERO / Chenwei / Northern	AM852 / CWM-302 / Atlas N5	Beijing Eternity Electronic Technology Co., Ltd. / Nanjing Chenwei Medical Equipment Co., Ltd. / Northern Meditec Limited	ESHERO AM852 Ինհալյացիոն անզգայացման սարք Օդափոխման եղանակներ՝ VCV, PCV, PSV, SIMV, PCV-VG (PRVC), Manual/Spont, BiPAP, CPAP: Օդափոխման բոլոր ռեժիմները համապատասխանում են նորածնային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին : Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ՝ 15" անկյունագծով ներկառուցված սենսորային էկրան սարքավորման կարգաբերումների համար և 15" անկյունագծով ինտեգրված մոնիտոր հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման

						համար: Սենսորային էկրանի և մոնիտորի թվային էկրանի պիքսելները՝1024x768: Առանձին նեռկառուցված թթվածնային հոսքաչափ 15 լ/ր մատակարարման հնարավորությամբ: Արտացոլում մոնիտորի վրա՝ Ճնշում-ժամանակ, հոսք-ժամանակ, գազի կոնցենտրացիա, օգտագործողի կարգավորմամբ: Պարամետրերը՝ Շնչառական ծավալը՝ 5-ից 1500 մլ տիրույթում, Ներշնչման հոսքը՝ 90 լ/ր, Շնչառության հաճախությունը՝ 4-ից 80 շնչ/րոպ միջակայքում, I:E ratio՝ 4:1 – 1:8, Ճնշման հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H2O, Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) - 50 սմ H2O, PEEP՝ 3 – 20 սմ H2O միջակայքում: Մարտկոցի առկայություն՝ Անզգայացման սարքի աշխատանքը մարտկոցով 120 րոպե: Ազդանշաններ՝ O2 գազի մատակարարման ճնշում, օդ, էլեկտրամատակարարում, համակարգի անսարքություն, փորձարկման ձախողում, ճնշումներ՝ pmax, pmin, PEEP max, հաճախականություն, ծավալներ՝ MVmax, MVmin, Vtmin: Այլ

						պահանջներ՝ Երկու գոլորշիացնող սարքերի համար գոլորշիացնող ամրակների առկայություն, O2 չափման համակարգի առկայություն, Իզոլյուրանի և սեվոֆլյուրանի գոլորշիացուցիչների առկայություն, Հուսալի CO2 կլանիչ, Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց։ Հիմնական լրակազմ՝ Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ, գազի աղբյուրներին միացնելու խողովակների համալիր, Հոսքի տվիչ, բազմակիրառելի, Ջրային կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր, բազմակի օգտագործման 2 հատ (մեծահասակների, երեխաների)։ Լրակազմ և պարագաներ՝ Տեղադրում և մեկնարկ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն, Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքերը և պարագաները նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (բռնակներ, բազմակի օգտագործման համար

						նախատեսված շնչառական խողովակներ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար՝ 2 հավաքածու, 5 կգ աբսորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ՝ 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր)։ Երաշխիքը՝ 24 ամիս, Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ 1. ISO13485, 2. Բժշկական սարքավորումների համար՝ MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ։ / Chenwei CWM-302 Ինհալյացիոն անզգայացման սարք Օդափոխման եղանակներ՝ VCV, PCV, PSV, SIMV, PA-VC (PRVC), Manual/Spont, BiPAP, CPAP։ Օդափոխման բոլոր ռեժիմները համապատասխանում են նորածնային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին ։ Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ՝ 12" անկյունագծով ներկառուցված սենսորային էկրան սարքավորման կարգաբերումների համար և 15" անկյունագծով

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << ԱՄՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					ինտեգրված մոնիտոր հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման համար: Սենսորային էկրանի և մոնիտորի թվային էկրանի պիքսելները՝1024x768: Առանձին նեռկառուցված թթվածնային հոսքաչափ 15 լ/ր մատակարարման հնարավորությամբ: Արտացոլում մոնիտորի վրա՝ ճնշում-ժամանակ, հոսք-ժամանակ, գազի կոնցենտրացիա, օգտագործողի կարգավորմամբ: Պարամետրերը՝ Շնչառական ծավալը՝ 5-ից 1500 մլ տիրույթում, Ներշնչման հոսքը՝ 90 լ/ր, Շնչառության հաճախությունը՝ 4-ից 80 շնչ/րոպ միջակայքում, I:E ratio՝ 4:1 – 1:8, Ճնշման հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H2O, Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) - 50 սմ H2O, PEEP՝ 3 – 20 սմ H2O միջակայքում: Մարտկոցի առկայություն՝ Անզգայացման սարքի աշխատանքը մարտկոցով 120 րոպե: Ազդանշաններ՝ O2 գազի մատակարարման ճնշում, օդ, էլեկտրամատակարարում, համակարգի անսարքություն, փորձարկման ձախողում, ճնշումներ՝ pmax, pmin, PEEP max,

						հաճախականություն, ծավալներ՝ MVmax, MVmin, Vtmin: Այլ պահանջներ՝ Երկու գոլորշիացնող սարքերի համար գոլորշիացնող ամրակների առկայություն, O2 չափման համակարգի առկայություն, Իզոլյուրանի և սեվոֆլյուրանի գոլորշիացուցիչների առկայություն, Հուսալի CO2 կլանիչ, Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Հիմնական լրակազմ՝ Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ, գազի աղբյուրներին միացնելու խողովակների համալիր, Հոսքի տվիչ, բազմակիրառելի, Ջրային կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր, բազմակի օգտագործման 2 հատ (մեծահասակների, երեխաների): Լրակազմ և պարագաներ՝ Տեղադրում և մեկնարկ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն, Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքերը և պարագաները նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար

						(բռնակներ, բազմակի օգտագործման համար նախատեսված շնչառական խողովակներ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար՝ 2 հավաքածու, 5 կգ աբսորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ՝ 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր)։ Երաշխիքը՝ 24 ամիս, Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ 1. ISO13485, 2. Բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ։ / Northern Meditec Atlas N5 Ինհալյացիոն անզգայացման սարք Օդափոխման եղանակներ՝ V-CMV (VCV), P-CMV (PCV), PSV, SIMV, PCV-VG (PRVC), Manual/Spont, BiPAP, CPAP: Օդափոխման բոլոր ռեժիմները համապատասխանում են նորածնային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին ։

						Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ՝ 12" անկյունագծով ներկառուցված սենսորային էկրան սարքավորման կարգաբերումների համար և 15" անկյունագծով ինտեգրված մոնիտոր հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման համար: Սենսորային էկրանի և մոնիտորի թվային էկրանի պիքսելները՝1024x768: Առանձին նեռկառուցված թթվածնային հոսքաչափ 15 լ/ր մատակարարման հնարավորությամբ: Արտացոլում մոնիտորի վրա՝ Ճնշում-ժամանակ, հոսք-ժամանակ, գազի կոնցենտրացիա, օգտագործողի կարգավորմամբ: Պարամետրերը՝ Շնչառական ծավալը՝ 5-ից 1500 մլ տիրույթում, Ներշնչման հոսքը՝ 90 լ/ր, Շնչառության հաճախությունը՝ 4-ից 80 շնչ/րոպ միջակայքում, I:E ratio՝ 4:1 – 1:8, Ճնշման հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H2O, Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) - 50 սմ H2O, PEEP՝ 3 – 20 սմ H2O միջակայքում: Մարտկոցի առկայություն՝ Անզգայացման սարքի աշխատանքը մարտկոցով 120 րոպե: Ազդանշաններ՝ O2 գազի

						մատակարարման ճնշում, օդ, էլեկտրամատակարարում, համակարգի անսարքություն, փորձարկման ձախողում, ճնշումներ՝ pmax, pmin, PEEP max, հաճախականություն, ծավալներ՝ MVmax, MVmin, Vtmin: Այլ պահանջներ՝ Երկու գոլորշիացնող սարքերի համար գոլորշիացնող ամրակների առկայություն, O2 չափման համակարգի առկայություն, Իզոլյուրանի և սեվոֆլյուրանի գոլորշիացուցիչների առկայություն, Հուսալի CO2 կլանիչ, Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Հիմնական լրակազմ՝ Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ, գազի աղբյուրներին միացնելու խողովակների համալիր, Հոսքի տվիչ, բազմակիրառելի, Ջրային կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր, բազմակի օգտագործման 2 հատ (մեծահասակների, երեխաների): Լրակազմ և պարագաներ՝ Տեղադրում և մեկնարկ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն, Սարքավորումը նոր է,

					չօգտագործված, Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքերը և պարագաները նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (բռնակներ, բազմակի օգտագործման համար նախատեսված շնչառական խողովակներ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար՝ 2 հավաքածու, 5 կգ աբսորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ՝ 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր)։ Երաշխիքը՝ 24 ամիս, Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ 1. ISO13485, 2. Բժշկական սարքավորումների համար՝ MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ։